



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów

www.szpital-chrzanow.pl

e-mail: sekretariat@spch.home.pl

Misja Szpitala:

„SKUTECZNIE
LECZYĆ,
OTOCZYĆ OPIEKĄ,
NATCZNAĆ
NADZIEJĄ”.

Centrala

☎ (032) 624-77-77

Sekretariat Dyrekcji

☎ (032) 624-70-29
☎ (032) 623-94-28

Dziennik Podawczy

☎ (032) 624-70-00
☎ (032) 623-22-60

Dział Finansowo – Księgowy

☎ (32) 624-70-12

Dział Kontraktów Medycznych i Statystyki

☎ (32) 624-70-07
☎ (32) 624-70-20

Dział Organizacji i Kadr

☎ (32) 624-70-06
☎ (32) 624-75-10

Sekcja Zamówień Publicznych

☎ (32) 624-70-30
☎ (32) 624-70-34

Znak: SZP 396/09/2017

Chrzanów, dnia 22.09.2017r.

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi przetargu nieograniczonego na Dostawę wyrobów medycznych (uzupełnienie braków) - powtórka – nr sprawy 101/2017

Pytanie 1. Pakiet 1. Prosimy o dopuszczenie drenów mikrobiologicznie czystych, o długości min. 210 cm.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2. Pakiet 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznika sterylnego, łączącego dwa dreny, symetrycznego, o średnicach zewnętrznych 10-14-10, a wewnętrznych 8-8.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3. Pakiet 3

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mikrobiologicznie czystej maski tlenowej z nebulizatorem w dwóch rozmiarach (rozróżnienie rozmiaru dla dzieci i dla dorosłych).

2. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zestawu maski z nebulizatorem niskoobjętościowym do podawania leku, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 10 ml, skalowanego z podziałką co 2 ml, o potwierdzonych w badaniach producenta parametrach: frakcji respirabilnej (cząsteczki $<5 \mu\text{m}$) - 79,7% oraz przeciętnej średnicy cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 μm ?

Odp. Dopuszczamy.

Z poważaniem

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

mgr inż. Waldemar Styło



1. Certyfikat nr FS 509168

2. ISO 9001 : 2008

oraz

1. Certyfikat nr OHS 634480

2. OHSAS 18001:2007

Otrzymują:

1x adresat

1x a/a

NIP: 628-19-16-916 Regon: 000310108 KRS: 0000015881

Nr konta: Bank Pekao S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892