

ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ- Pakiet nr 3

Kapnograf do monitorowania przezskórnego pCO₂/SpO₂ – 1 szt.

Lp.	OPIS	Wymogi graniczne	Odpowiedź oferenta TAK/NIE	Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać)
I	Wymagania ogólne:			
1.	Urządzenie fabrycznie nowe	TAK		
2.	System umożliwiający jednoczesny pomiar saturacji i ciśnienia parcjalnego dwutlenku węgla	TAK		
3.	Ekran kolorowy o przekątnej min. 9", dotykowy, min. 800x480 pikseli	TAK		
4.	Awaryjne zasilanie aparatu poprzez wbudowany akumulator	TAK		
5.	Oprogramowanie i komunikacja z użytkownikiem w języku polskim	TAK		
6.	Pamięć min. 366 godz.	TAK		
7.	Port USB	TAK		
8.	Zasilanie 220-240V 50-60Hz	TAK		
9.	Parametry mierzone: SpO ₂ , tcpCO ₂	TAK		
10.	Oprogramowanie do obróbki statystycznej danych z kapnografu w języku polskim (min. 2 stanowiska)	TAK		
11.	Zakres pomiarowy: - tcpCO ₂ : 5-200 mmHg /0,7-26,7 kPa - SpO ₂ : 0-100% - Tętno: 25- 2400 bpm	TAK		
12.	Ustawienie temperatury w °C: 37 – 44 °C	TAK		
13.	Wbudowany barometr	TAK		
14.	Gaz kalibracyjny	TAK		
II.	Pozostałe			
15.	Szkolenie użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu	TAK		
16.	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK		
17.	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK		
18.	Bezpłatne wymagane okresowe przeglądy serwisowe w czasie trwania gwarancji	TAK		