

## ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ- Pakiet nr 4

Ssak elektryczny – 1 szt.

Lp.	OPIS	Wymogi graniczne	Odpowiedź oferenta TAK/NIE	Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać)
I	<b>Wymagania ogólne:</b>			
1.	Ssak bateryjno-sieciowy	TAK		
2.	Wygodny uchwyt do przenoszenia ssaka	TAK		
3.	Bezolejowa, bezobsługowa pompa ssąca	TAK		
4.	Płynna regulacja siły ssania w zakresie 20 do 80 kPa	TAK		
5.	Filtr antybakteryjny	TAK		
6.	Tryb pracy – praca ciągła	TAK		
7.	Regulator ciśnienia	TAK		
8.	Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą mmHG	TAK		
9.	Pojemnik, wielorazowy, nietłukący z podziałką o pojemności 1000 ml z pokrywą wyposażoną w zabezpieczenie przeciwprzelewowe	TAK		
10.	Możliwość zamontowania dodatkowego pojemnika o pojemności 1000 lub 2000 ml.	TAK		
11.	Min. 3 pozycyjny wskaźnik poziomu naładowania baterii	TAK		
12.	Waga urządzenia nie większa niż 4,5 kg (+/-0,5kg)	TAK		
II.	<b>Pozostałe</b>			
13.	Szkolenie użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu	TAK		
14.	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK		
15.	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK		
16.	Bezpłatne wymagane okresowe przeglądy serwisowe w czasie trwania gwarancji	TAK		