



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów

www.szpital-chrzanow.pl

e-mail: sekretariat@spch.home.pl

Misja Szpitala:

„SKUTECZNIE
LECZYĆ,
OTOCZYĆ OPIEKĄ,
NATCZNAĆ
NADZIEJĄ”.

Centrala

☎ (032) 624-77-77

Sekretariat
Dyrekcji

☎ (032) 624-70-29
☎ (032) 623-94-28

Dziennik Podawczy

☎ (032) 624-70-00
☎ (032) 623-22-60

Dział Finansowo
– Księgowy

☎ (32) 624-70-12

Dział Kontraktów
Medycznych
i Statystyki

☎ (32) 624-70-07
☎ (32) 624-70-20

Dział Organizacji
i Kadr

☎ (32) 624-70-06
☎ (32) 624-75-10

Sekcja Zamówień
Publicznych

☎ (32) 624-70-30
☎ (32) 624-70-34



1. Certyfikat nr FS 509168
2. ISO 9001 : 2008
oraz
1. Certyfikat nr OHS 634480
OHSAS 18001:2007

Znak: SZP 101/02/2018

Chrzanów, dnia 20.02.2018r.

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na „Dostawę dializatorów, linii krwi i akcesoriów do dializ dla potrzeb Stacji Dializ.” – sprawa nr 16/2018.

Pytanie 1. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 5 dializatorów z błoną syntetyczną – polinefronową, w poz. 2 o powierzchni 1,5 m² i w poz. 3 o powierzchni 1,7m², spełniające pozostałe wymogi SIWZ.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 pozycja 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie dializatorów o powierzchni 1,4 m² niskoprzepływowch z membraną PolyamixTM wykonanych z mieszanki polimerów poliaryletersulfonu, poliwinylpirolidonu i poliamidu sterylizowanych parą wodną. Unikalna trójwarstwowa błona zapewnia stabilne i wysokie tempo transportu oraz efektywny klirens mocznika i fosforanów. Współczynnik ultrafiltracji 10 ml/h x mm Hg. Pozostałe parametry zgodne z wymogami Zamawiającego. Umożliwi to zachowanie uczciwej konkurencji i pozwoli na przystąpienie do przetargu więcej liczby firm, przyczyni się to również do wzrostu konkurencyjności, a Zamawiającemu pozwoli na wybór najkorzystniejszej oferty spośród większej liczby złożonych ofert?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 pozycja 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie dializatorów o powierzchni 1,4 m² niskoprzepływowch z membraną PolyamixTM wykonanych z mieszanki polimerów poliaryletersulfonu, poliwinylpirolidonu i poliamidu sterylizowanych parą wodną. Unikalna trójwarstwowa błona zapewnia stabilne i wysokie tempo transportu oraz efektywny klirens mocznika i fosforanów. Współczynnik ultrafiltracji 10 ml/h x mm Hg. Pozostałe parametry zgodne z wymogami Zamawiającego. Umożliwi to zachowanie uczciwej konkurencji i pozwoli na przystąpienie do przetargu więcej liczby firm, przyczyni się to również do wzrostu konkurencyjności, a Zamawiającemu pozwoli na wybór najkorzystniejszej oferty spośród większej liczby złożonych ofert?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 pozycja 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie dializatorów o powierzchni 1,7 m² niskoprzepływowch z membraną PolyamixTM wykonanych z mieszanki polimerów poliaryletersulfonu, poliwinylpirolidonu i poliamidu sterylizowanych parą wodną. Unikalna trójwarstwowa błona zapewnia stabilne i wysokie tempo transportu oraz efektywny klirens mocznika i fosforanów.

NIP: 628-19-16-916 Regon: 000310108 KRS: 0000015881

Nr konta: Bank Pekao S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892

Współczynnik ultrafiltracji 12,5 ml/h x mm Hg. Pozostałe parametry zgodne z wymogami Zamawiającego. Umożliwi to zachowanie uczciwej konkurencji i pozwoli na przystąpienie do przetargu więcej liczby firm, przyczyni się to również do wzrostu konkurencyjności, a Zamawiającemu pozwoli na wybór najkorzystniejszej oferty spośród większej liczby złożonych ofert?.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 5. Prosimy o wyjaśnienie czy w pakiecie 4 Zamawiający oczekuje adaptera typu Y.

Odp. Tak.

Pytanie 6. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 5 dializatorów o powierzchniach:
a) poz 1-1,2m².

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

b) poz. 2 – 1,5 m².

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7. Czy Zamawiający w pak. 2 pozycji 1 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy Permthane Twin Cath Long Term Hemodialysis Catheter Kit (Citra-XS Superior) z końcówką typu "shoutgun"(schodkowa) cewnik poliuretanowy z kołnierzem poliestrowym, odporny na zginanie, bez otworów bocznych 14 FR i długości od mufy do końca cewnika/długości całkowitej: 19/24 cm, 23/28 cm, 27/32 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach, sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogeny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewodnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 11 cm, rozszerzacz, rozmiar 14 FR x 14 cm, rozszerzacz z zastawką i rozrywalną osłonką, rozmiar 17 FR, łącznik prowadzący typu Y, narzędzia do tunelizacji, przewody przedłużające do tętnic (czerwone), przewody przedłużające do żył (niebieskie), skrzydełko mocujące cewnik (na szwy), nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, zaciski, łącznik do przepłukiwania?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8. Czy Zamawiający w pak. 2 pozycji 2 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR i długościach: 17 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogeny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewodnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 9. Dotyczy pakiet 2 poz. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 do osobnego pakietu.

Odp. Tak. Zamawiający tworzy pakiet 2A, do którego wydziela pozycję 2 z pakietu 2. W załączeniu poprawione pakiety.

Pytanie 10. Dotyczy pakietu 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z pakietu 2 co umożliwi stworzenie warunków konkurencyjności cenowej.

Odp. Tak. Zamawiający tworzy pakiet 2A, do którego wydziela pozycję 2 z pakietu 2. W załączeniu poprawione pakiety.

Kryteria oceny jakości dla pakietu 2 i 2A.

- dla pakietu 2: cena: 60%, termin dostawy: 40%

Punkty za termin dostawy przyznawane będą w następujący sposób:

- Dostawa w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia od Zamawiającego – 0 pkt,

- Dostawa w terminie 2 dni roboczych lub mniej od daty otrzymania zamówienia od Zamawiającego – 40 pkt.

Termin dostawy nie może przekraczać 3 dni roboczych.

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy próbki w celu weryfikacji – 1 zestaw w celu weryfikacji. Po przetargu, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający zwróci próbki.

- dla pakietu 2A: cena: 60%, ocena jakości: 40%

Cecha: łatwość założenia i reakcja chorego na założony cewnik. Punkty: 0-10 pkt.

Dla pakietu 2 należy wraz z ofertą złożyć próbkę w celu oceny jakości - 1szt. (cewnik z przewodnicą „J”, przyłącza wygięte z powłoką hydrofilną_

Zamawiający ustala nowy termin składania ofert

na dzień **26.02.18 r. do godz.10.00.**

Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu **26.02.18 r. o godz. 11.00.**

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania i składania ofert w tym także wypełniania załączników i druków, składania wymaganych dokumentów.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora

ds. Logistyki i Infrastruktury

inż. Bogdan Pacek

Otrzymują:

1x adresat

1x a/a