

# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów

www.szpital-chrzanow.pl

e-mail: sekretariat@spch.home.pl



## Misja Szpitala:

„SKUTECZNIE  
LECZYĆ,  
OTOCZYĆ OPIEKĄ,  
NATCZNAĆ  
NADZIEJĄ”.

Centrala

☎ (032) 624-77-77

Sekretariat

Dyrekcji

☎ (032) 624-70-29

☎ (032) 623-94-28

Dziennik Podawczy

☎ (032) 624-70-00

☎ (032) 623-22-60

Dział Finansowo

– Księgowy

☎ (32) 624-70-12

Dział Kontraktów

Medycznych

i Statystyki

☎ (32) 624-70-07

☎ (32) 624-70-20

Dział Organizacji

i Kadr

☎ (32) 624-70-06

☎ (32) 624-75-10

Sekcja Zamówień

Publicznych

☎ (32) 624-70-30

☎ (32) 624-70-34



Znak: SZP 253/06/2019

Chrzanów, dnia 17.06.2019

## Wykonawcy

**Dotyczy:** odpowiedzi do postępowania na **Usługę przeglądu aparatury ratującej i podtrzymującej życie oraz aparatury RTG Szpitala Powiatowego w Chrzanowie - sprawa nr 35/2019**

1. Czy Zamawiający poda przewidywane terminy przeglądów urządzeń zawartych w pakietach nr 6 i 14? Informacja jest niezbędna do uwzględnienia w kalkulacji ceny odpowiedniej ilości dojazdów do siedziby Klienta w celu realizacji umowy.

Odp:

### PAKIET NR 6

L p.	Aparat - typ	Użytkownik	Nr fabryczny	Producent	Rok produkcji	termin przeglądu
1	Respirator transportowy V200D	Anestezjologia	605259	PNEUPAC	2006	cze-19
2	Respirator transportowy V200D	Anestezjologia	911219	PNEUPAC	2009	cze-19
3	Respirator transportowy V200D	Anestezjologia	911220	PNEUPAC	2009	cze-19
4	Respirator transportowy ParaPac 2D	Pogotowie	706316	PNEUPAC	2007	cze-19
5	Respirator ratunkowy ParaPac 200D	Pogotowie	405285	PNEUPAC	2004	sty-20
6	Respirator RESCUPAC	Pogotowie	1605204	Smiths	2016	cze-19
7	Respirator RESCUPAC	Pogotowie	1605204	Smiths	2016	cze-19

### PAKIET NR 14

L p.	Aparat - typ	Użytkownik	Nr fabryczny	Producent	Rok produkcji	termin przeglądu
1	Defibrylator M-Series	Nefrologia	T07B87908	ZOLL MEDICAL	2006	cze-19
2	Defibrylator M-Series	Rehabilitacja Iip	T07B87682	ZOLL MEDICAL	2006	cze-19
3	Defibrylator M-Series	Pulmunologia	T07B87907	ZOLL MEDICAL	2007	cze-19

2. Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy posiadania autoryzacji producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela w zakresie wykonywania przeglądów urządzeń zawartych w pakiecie nr 6 i 14? Prośbę swa motywujemy zaleceniem producenta urządzeń do wykonywania przeglądów przez przeszkolony personel.

NIP: 628-19-16-916 Regon: 000310108 KRS: 0000015881

Nr konta: Bank Pekao S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892

**Odp.: Zamawiający dopuszcza autoryzację producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela w zakresie wykonywania przeglądów urządzeń.**

3. Czy w defibrylatorach Zoll (pakiet 14) istnieje potrzeba wymiany akumulatorów?

**Odp.: Nie**

4. Czy Zamawiający może potwierdzić, że zgodnie z procedurą producenta w respiratorach NPB 840 występuje konieczność wymiany:

- czujnika tlenu (obowiązkowo co 12 m-cy)?

**Odp.: Tak.**

5. Czy Zamawiający wymaga wymiany w respiratorach wymiany kitów serwisowych:

- NPB 840 - 10K (po 10 tysiącach przepracowanych godzin)

**Odp.: Dwa respiratory wymagają wymiany, tj. : poz. 7 oraz poz. 10.**

6. Czy Zamawiający wymaga w respiratorach NPB 840 wymiany akumulatorów?

Producent zgodnie z procedurą wymaga wymiany akumulatorów co 24 m-ce.

**Odp.: Tak.**

7. Czy Zamawiający może podać harmonogram przeglądów respiratorów czy przeglądy odbędą się w jednym terminie?

**Odp.:**

Lp.	Aparat - typ	Użytkownik	Nr fabryczny	Producent	Rok produkcji	Data następnego przeglądu
1	Respirator Bennet 7200 AE	Anestezjologia	9880263	Bennet	1998	07-2019
2	Respirator Bennet 7200 SPE	Anestezjologia	4200134015	Bennet	1999	06-2019
3	Respirator Bennet 7200 SPE	Anestezjologia	4200134016	Bennet	1999	07-2019
4	Respirator Bennet 7200 SPE	Anestezjologia	4200134017	Bennet	1999	06-2019
5	Respirator NPB 840	Anestezjologia	3510074676	Bennet	2007	06-2019
6	Respirator NPB 840	Anestezjologia	3510093617	Bennet	2009	02-2020
7	Respirator NPB 840	SOR (wyp. na OIOM)	3510101574	Bennet	2010	11-2019
8	Respirator NPB 840	Anestezjologia	3512121254	Bennet	2012	07-2019
9	Respirator NPB 840	Anestezjologia	3512121257	Bennet	2012	07-2019
10	Respirator NPB 980	Anestezjologia	35B1501855	Puritan Bennet	2015	12-2019

8. Dotyczy Umowy §4 ust. 5

Zwracamy się z prośbą o skrócenie okresu oczekiwania na płatność za dostawę do 30 dni od dnia daty otrzymania faktury VAT.  **Odp. Nie wyrażamy zgody**

9. Dotyczy Umowy §6 ust. 2 lit. a)

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary w przypadku opóźnienia w wykonaniu przez Sprzedającego wymienionych czynności do 30zł. Zwracamy uwagę, że kara powinna mieć charakter jedynie dyscyplinujący. Kara nałożona przez Zamawiającego jest nieadekwatna do wartości usługi.

**Odp. Tak wyrażamy zgodę na zmianę zapisu §6 ust.2 lit a na:**

„Zamawiający ma prawo do naliczania i egzekwowania kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 10 zł za każdy

**10.** Zwracamy się z prośbą aby kary naliczane były w dniach roboczych od pn-pt. z wykluczeniem dni wolnych od pracy. Zamawiający w treści SIWZ określił sposób naliczania kar umownych nie precyzując sytuacji, w których kary umowne nie powinny być naliczane, z uwagi na niezawinione przez Wykonawcę sytuacje (brak możliwości reakcji w sobotę). Wnosimy wobec tego o potwierdzenie, że kary umowne będą dotyczyły dni roboczych od pn-pt. ( z wyłączeniem dni wolnych od pracy)

**Odp. nie wyrażamy zgody, ponieważ** „Wykonawca zobowiązany jest wykonać przegląd zgłoszonych aparatów w terminie do **7 dni roboczych** od daty otrzymania w/w zgłoszenia”.

**11.** Zadanie 21 Zamawiający w wymaganiach wymaga wymiany „maintenance kit” – kity serwisowe.

Natomiast w zadaniu 21 występują respiratory Bennett 7200. Respiratory te są wycofane ze wsparcia technicznego producenta od ok. 15 lat. Jest brak części zamiennych.

Czy Zamawiający odstąpi od wymagania wymiany „maintenance kit” w respiratorach NPB 7200?

**Odp.: Nie.**

**12.** Pytanie 1 pakiet 3 poz. 1 i 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyłączenie aparatów Excel do osobnego pakietu z uwagi na zakończone przez producenta fabryczne wsparcie serwisu w zakresie dostępności do wiedzy technicznej, modyfikacji, części zamiennych oraz gazów kalibracyjnych. Ponieważ producent nie jest w stanie zapewnić pełnej dostępności

do oryginalnych części zamiennych, autoryzowany serwis producenta nie może zagwarantować wykonania ważnego przeglądu technicznego tychże aparatów, obejmujących pełną kalibrację, kontrolę jakości działania i bezpieczeństwa pacjenta oraz personelu. Nie możemy również zagwarantować naprawy tych urządzeń w momencie pojawienia się problemów technicznych.

Jednocześnie informujemy, iż w 2008 producent zakończył także wsparcie techniczne monitorów RGM5250. Z powodu niedostępności gazów kalibracyjnych i oryginalnych części zamiennych, podobnie jak w przypadku aparatu Excel, autoryzowany serwis producenta nie może zagwarantować wykonania przeglądu technicznego monitorów RGM5250 zgodnie z wymaganiami producenta.

Obecny kształt pakietu uniemożliwia naszej firmie - wytwórcy niniejszego sprzętu przystąpienie do realizacji tegoż zadania. Pragniemy zwrócić Zamawiającemu uwagę, na fakt, iż nie wydzielając z pakietu niniejszych urządzeń blokuje nam złożenie oferty, natomiast dopuszcza złożenie oferty przez firmy, które pozyskują części z nielegalnych źródeł (w ramach przeglądów stosują używane części zamienne lub regenerowane). Na rynku urządzeń medycznych nie jest tajemnicą, że używane urządzenia są skupowane przez niektórych uczestników rynku, a następnie regenerowane celem ich powtórnego wykorzystania. Stosowanie takich rozwiązań w urządzeniach, w których kwestią kluczową jest precyzja (np. dawkowania środków) może nieść dla Zamawiającego istotne ryzyko w zakresie możliwości jego nieprawidłowego działania ze szkodą dla pacjentów, ale również z istotnym ryzykiem utraty możliwości udzielania świadczeń medycznych.

Biorąc pod uwagę rzetelne wykonanie usługi prosimy Zamawiającego o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby i utworzenie osobnego pakietu dla aparatów EXCEL.

**Odp.: Nie.**

**13.** Pytanie 2, dotyczy zapisów SIWZ

Czy Zamawiający dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu

medycznego i pacjentów oraz zgodności zapisów z instrukcji obsługi urządzenia będzie wymagał od wszystkich Wykonawców do przeprowadzenia przeglądów i napraw użycia tylko oryginalnych i nowych części zamiennych?

Niniejsze zapytanie ma na celu przeciwdziałanie szkodliwym dla Zamawiającego praktykom, polegającym na stosowaniu w ramach przeglądów i napraw urządzeń zamiennych używanych lub regenerowanych. Na rynku urządzeń medycznych nie jest tajemnicą, że używane urządzenia są skupowane przez niektórych uczestników rynku, a następnie regenerowane celem ich powtórnego wykorzystania. Stosowanie takich rozwiązań w urządzeniach, w których kwestią kluczową jest precyzja (np. dawkowania środków) może nieść dla Zamawiającego istotne ryzyko w zakresie możliwości jego nieprawidłowego działania ze szkodą dla pacjentów, ale również z istotnym ryzykiem utraty możliwości udzielania świadczeń medycznych.

Pragniemy podkreślić, że zgodnie z art. 1 Dyrektywy Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca

1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych (Dziennik Urzędowy L 169 , 12/07/1993 P. 0001 – 0043) („Dyrektywa MDD”) wyposażenie, rozumiane jako artykuł, który o ile nie jest wyrobem, jest specjalnie przewidziany przez wytwórcę do stosowania razem z wyrobem, aby umożliwić wykorzystywanie wyrobu zgodnie z zamierzonym przez wytwórcę użyciem; jest traktowane jak wyroby medyczne na swoich własnych prawach. W rozumieniu więc tejże dyrektywy zarówno wyroby medyczne jak i wyposażenie są razem określane jako wyroby. Dyrektywa MDD w art. 12 stanowi następnie, że przypadkach, gdy system lub zestaw narzędzi medycznych zawiera wyroby nie noszące oznakowania CE lub, gdy wybrane połączenie wyrobów nie jest zgodne z ich pierwotnym zamierzonym użyciem, taki system lub zestaw narzędzi medycznych jest traktowany jako wyrób na swoich własnych prawach i jako taki podlega odrębnej procedurze oceny zgodności.

Powyższe może oznaczać, że wprowadzenie istotnych modyfikacji wyrobu medycznego może wiązać się z dolegliwymi konsekwencjami dla Zamawiającego.

Z tego względu rekomendujemy wprowadzenie w treści umowy zapisu gwarantującego Zamawiającemu dostarczenie przez wykonawcę nowych części zamiennych w następującym brzmieniu:

Wszystkie zainstalowane w trakcie wykonywania umowy elementy wyposażenia, części i podzespoły muszą być częściami nowymi (tj. części nie naprawiane lub nie regenerowane), oryginalnymi lub dopuszczonymi przez producenta zamiennikami, które nie powodują utraty statusu wyrobu medycznego oznaczonego znakiem CE.”

**Odp.: Zamawiający wymaga aby wszystkie zainstalowane w trakcie wykonywania umowy elementy wyposażenia, części i podzespoły muszą być częściami oryginalnymi lub dopuszczonymi przez producenta zamiennikami, które nie powodują utraty statusu wyrobu medycznego oznaczonego znakiem CE.”**

#### 14. Pytanie 3, dotyczy pakietu 3

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż działając zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679) Zamawiający będzie wymagać i egzekwować od Wykonawców (w postaci zewnętrznych kontroli doraźnych przez producenta sprzętu) wykonania przeglądu aparatów do znieczulania zgodnie z wymogiem oraz procedurą wyznaczoną przez wytwórcę urządzenia wraz z wymianą wszystkich części wskazanych przez wytwórcę jako koniecznych do wymiany właściwych dla danego roku przeglądowego, licznego od daty instalacji, zgodnie z poniższą tabelą?

Opis części	co 12 miesięcy liczone od daty instalacji	co 24 miesiące liczone od daty instalacji
Uszczelki gniazd parowników komplet	ü	ü
Zawór grzybkowy wentylatora		ü
Uszczelka zaworu oddechu spontanicznego		ü
Akumulator aparatu do znieczulania		ü

Odp.: Zamawiający wymaga wymiany wszystkich części wskazanych przez Producenta w poszczególnych czasookresach. Części te będą płatne dodatkowo.

**15.** Pytanie 4, dotyczy pakietu 3

Prosimy Zamawiającego o informacje czy aparaty do znieczulania posiadają dodatkowe monitory, które należy uwzględnić w wycenie, jeżeli tak prosimy o podanie typu i producenta monitora. Czy pod uwagę do wyceny należy wziąć jedynie sam aparat do znieczulenia, a monitory które do nich należą znajdują się poniżej w tabeli?

**Odp.: Aparaty posiadają kardiomonitory GE B40.**

**16.** Pytanie 5, dotyczy pakietu 3

Czy Zamawiający wymaga wykonania przeglądu MONITORA oraz MODUŁU GAZOWEGO zgodnie z wymogiem oraz dokładnie według aktualnych procedur wyznaczonych przez wytwórcę urządzenia wraz z wymianą wszystkich części wskazanych przez wytwórcę jako koniecznych do wymiany podczas właściwego dla danego roku przeglądowego liczonego od daty instalacji, zgodnie z poniższą tabelą ?

Description	co 12 miesiące liczone od daty instalacji	co 24 miesiące liczone od daty instalacji	co 36 miesiące liczone od daty instalacji	co miesiące liczone od daty instalacji
Zestaw serwisowy 12 miesięczny Moduł E-CXXXXX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pochłaniacz CO2 modułu gazowego				<input type="checkbox"/>

Odp.: Tak. Części te będą płatne dodatkowo.

**17.** Pytanie 6, dotyczy pakietu 3

Czy z celu ostrożności i zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa a także wysokiego standardu wykonanej usługi będzie wymagać od Wykonawców nie będących autoryzowanym serwisem wytwórcy następujących dokumentów:

- instrukcji serwisowych wytwórcy
- procedury i wykonywane czynności określone przez wytwórcę
- umowa licencyjna uprawniająca do dysponowania kluczami i kodami do oprogramowania serwisowego w zakresie umożliwiającym realizację przedmiotu zamówienia, jeżeli dotyczy to danego modelu urządzenia
- umowa licencyjna uprawniająca do dysponowania dokumentacją techniczną wytwórcy (instrukcje serwisowe, procedury i zakres czynności), w zakresie przedmiotu zamówienia

- dokumenty potwierdzające kwalifikacje i
- doświadczenie zawodowe osoby/osób wskazanych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu zamówienia, wydanych przez wytwórcę imiennie na wskazane osoby oraz na określony typ i model urządzenia medycznego objętego umową?

**Odp.: Wymagania Zamawiającego bez zmian.**

**18.** Pytanie 7, dotyczy zapisów umowy § 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na płatność w 12 równych, miesięcznych ratach płatnych „z dołu” lub kwartalnie (co 3 miesiące)? Po zakończeniu każdego miesiąca lub kwartału Wykonawca zobowiąże się do przedstawienia protokołu/raportu serwisowego z wykonanych prac.

Takie rozwiązanie pozwala Zamawiającemu na zaplanowanie stałych, co miesięcznych lub kwartalnych wydatków dla Zamawiającego, co stanowi korzyść w kontekście kwestii biznesowo - księgowych.

**Odp.: Nie.**

**19.** Pytanie 8, dotyczy zapisów umowy

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż po wykonaniu przeglądu, konserwacji aparatów Wykonawca ma obowiązek wystawić raport serwisowy oraz dokonać wpisu w paszporcie technicznym urządzenia wraz z wyszczególnieniem części zamiennych oraz określeniem, czy sprzęt jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji. Wpis w paszporcie technicznym powinien być bezwzględnie podpisany przez podmioty posiadające autoryzację wytwórcy aparatów opisanych w przedmiocie zamówienia, pod rygorem odstąpienia od umowy (z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy) w terminie do 30 dni od daty wystawienia wpisu. Po wykonaniu przeglądu Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia certyfikatu potwierdzającego sprawność urządzeń.

**Odp.: Wymagania Zamawiającego bez zmian.**

**20.** Pytanie 9, dotyczy zapisów umowy

Prosimy o wprowadzenie do umowy poniższego lub równoważnego zapisu:

„W przypadku, gdy wykonawca nie będzie w stanie dokonać naprawy aparatu starszego niż 10 lat z powodu braku części zamiennych, z uwagi na określony przez producenta okres zakończenia gwarantowanej dostępności części zamiennych dla aparatu (co zostanie udokumentowane przez wykonawcę) nie będzie rodziło to jakichkolwiek odpowiedzialności cywilnoprawnej z jego strony, postanowień o karach umownych określonych w SIWZ.”

**Odp.: Zamawiający nie wymaga naprawy aparatu.**

**21.** Pytanie nr 1:

Prosimy o wprowadzenie do projektu umowy wymogu, aby Wykonawca był zobowiązany do wyodrębnienia na fakturze sprzedaży VAT każdej części serwisowej z podaniem jej ceny oraz nazwy zgodnie ze specyfikacją zaoferowaną w postępowaniu przetargowym. Niniejsze pozwoli zamawiającemu na rzeczywistą ocenę tego, czy zamówienie jest wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta oraz SIWZ.

**Odp.: Bez zmian.**

**22.** Pytanie nr 2:

Prosimy o wprowadzenie do projektu umowy wymogu, aby pracownik wykonawcy po wykonaniu danej usługi był zobowiązany pozostawić w siedzibie zamawiającego wszystkie zużyte części serwisowe „1 do 1”, które zgodnie ze specyfikacją zaoferowaną w postępowaniu przetargowym był zobowiązany wymienić w trakcie przeglądu/ naprawy. Niniejsze pozwoli zamawiającemu na rzeczywistą ocenę tego, czy zamówienie jest wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta oraz SIWZ.

**Odp.: Bez zmian.**

**23.** Pytanie nr 3. Dotyczy: pakiet nr 1:

Czy z ostrożności, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta oraz jakości usług medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2017.211 tj. z dnia 2017.02.03) Zamawiający będzie wymagał odpowiednich kwalifikacji technicznych dostawcy serwisu w zakresie aparatury będącej przedmiotem przetargu, potwierdzonych aktualną autoryzacją producenta?

**Odp.: Wymagania Zamawiającego bez zmian.**

**24.** Pytanie nr 4. Dotyczy: pakiet nr 1:

Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca miał dostęp do pełnej fabrycznej dokumentacji, w tym: do obowiązkowych aktualizacji oprogramowania i sprzętu, opcjonalnych nieobowiązkowych aktualizacji oprogramowania zwiększających produktywność i funkcjonalność aparatów jak również dostęp do aktualnych informacji serwisowych (service notes)?

**Odp.: Wymagania Zamawiającego bez zmian.**

**25.** Pytanie nr 5:

Prosimy o wprowadzenie do zapytania ofertowego zapisu, który na etapie oceny ofert (najkorzystniejszych) wprowadzi wymóg przedstawienia wykazu aparatury kontrolno-pomiarowej z kopią ważnych świadectw walidacji/przeglądu. Proponujemy, aby niniejszy wymóg był wprowadzony jako warunek przedmiotowy tj. potwierdzający, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom zamawiającego opisanym w SIWZ w celu rzeczywistego zweryfikowania wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami producenta.

**Odp.: Wymagania Zamawiającego bez zmian.**

**26.** Pytanie nr 6. Dotyczy: pakiet nr 1:

Zgodnie z zapytaniem w ww. pakiecie w zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów powinna wchodzić wymiana części przewidziana w dokumentacji technicznej urządzeń.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów zapytania. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania Penlon SP101 w zależności od stanu zużycia wymagana jest wymiana następujących części:

- Czujnik tlenu

Wykonawca nie ma wiedzy na temat stanu zużycia ww. części. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których aparatów do znieczulania Penlon SP101 Zamawiający wymaga w trakcie 12 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji

przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

**Odp.: Zamawiający nie wymaga wymiany czujników tlenu.**

**27.** Pytanie nr 7. Dotyczy: pakiet nr 1:

Zgodnie z zapytaniem w ww. pakiecie w zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów powinna wchodzić wymiana części przewidziana w dokumentacji technicznej urządzeń.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów zapytania. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania Penlon SP101 co 6 miesięcy wymagana jest wymiana następujących części:

- PRIMA SP Preventive Maintenance 6 Month Kit

Wykonawca nie ma wiedzy na temat terminu ostatniej wymiany ww. części. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których aparatów do znieczulania Penlon SP101 Zamawiający wymaga w trakcie 12 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

**Odp.: Wymiana sześciomiesięcznego zestawu będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu w trakcie przeglądu i płatna dodatkowo.**

**28.** Pytanie nr 8. Dotyczy: pakiet nr 1:

Zgodnie z zapytaniem w ww. pakiecie w zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów powinna wchodzić wymiana części przewidziana w dokumentacji technicznej urządzeń.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów zapytania. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania Penlon SP101 co 12 miesięcy wymagana jest wymiana następujących części:

- PRIMA SP Preventive Maintenance 12 Month Kit For Selectatec Backbar

Wykonawca nie ma wiedzy na temat terminu ostatniej wymiany ww. części. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i



ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których aparatów do znieczulania Penlon SP101 Zamawiający wymaga w trakcie 12 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

**Odp.: Wymiana dwunastoczeromiesięcznego zestawu będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu w trakcie przeglądu i płatna dodatkowo.**

**29.** Pytanie nr 9. Dotyczy: pakiet nr 1:

Zgodnie z zapytaniem w ww. pakiecie w zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów powinna wchodzić wymiana części przewidziana w dokumentacji technicznej urządzeń.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów zapytania. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania Penlon SP101 co 24 miesiące wymagana jest wymiana następujących części:

- PRIMA SP Preventive Maintenance 24 Month Kit For Selectatec Backbar
- Preventive Maintenance Kit - 24 Month Service For A200SP Absorber
- Preventive Maintenance Kit - 24 Month For AVS

Wykonawca nie ma wiedzy na temat terminu ostatniej wymiany ww. części. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których aparatów do znieczulania Penlon SP101 Zamawiający wymaga w trakcie 12 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

**Odp.: Wymiana dwudziestoczeromiesięcznego zestawu będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu w trakcie przeglądu i płatna dodatkowo.**

**30.** Pytanie nr 10. Dotyczy: pakiet nr 1:

Zgodnie z zapytaniem w ww. pakiecie w zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów powinna wchodzić wymiana części przewidziana w dokumentacji technicznej urządzeń.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów zapytania. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania Penlon SP101 co 72 miesiące wymagana jest wymiana następujących części:

- PRIMA SP Preventive Maintenance 72 Month Kit For Selectatec Backbar

Wykonawca nie ma wiedzy na temat terminu ostatniej wymiany ww. części. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których aparatów do znieczulania Penlon SP101 Zamawiający wymaga w trakcie 12 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

**Odp.: Wymiana siedemdziesięciodwumiesięcznego zestawu będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami w trakcie przeglądu i płatna dodatkowo.**

**31.** Pytanie nr 11. Dotyczy: pakiet nr 3:

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 3 postępowania pozycję 1 i 2 i utworzy dla tego urządzenia nowy „odrębny pakiet”. Przedmiotowe urządzenie uzyskało status „end of life” co oznacza, że producent zakończył wsparcie techniczne dla tego urządzenia. Nie są dostępne części serwisowe, w tym zestawy serwisowe, co uniemożliwia złożenie pełnej, wymaganej w zapytaniu oferty.

**Odp.: Nie.**

**32.** Pytanie nr 12. Dotyczy: pakiet nr 3, poz. 3:

Zgodnie z zapytaniem w ww. pakiecie w zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów powinna wchodzić wymiana części przewidziana w dokumentacji technicznej urządzeń.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z

wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania Aestiva 7100 w zależności od stanu zużycia wymagana jest wymiana następujących części:

- Czujnik przepływu
- Czujnik tlenu
- Miech
- Filtr wejściowy butli
- Sealing ring (DIN) (uszczelka butli)
- Sealing ring, N2O DIN Conn 11 (uszczelka butli)
- Membrana zastawki wydechowej
- Pressure relief valve assy (pop-off)
- DISC CHK V RVSBL 1.025D

Wykonawca nie ma wiedzy na temat stanu zużycia ww. części. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy dla aparatu do znieczulania Aestiva 7100 Zamawiający wymaga w trakcie 12 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

**Odp.: Wymiana zestawu części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu w trakcie przeglądu i płatna dodatkowo.**

**33.** Pytanie nr 13. Dotyczy: pakiet nr 3, poz. 3:

Zgodnie z zapytaniem w ww. pakiecie w zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów powinna wchodzić wymiana części przewidziana w dokumentacji technicznej urządzeń.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania Aestiva 7100 co 12 miesięcy wymagana jest wymiana następujących części:

- Uszczelki gniazd parowników
- Filtr wentylatora
- Filtr wejściowy zasilania gazów

Wykonawca nie ma wiedzy na temat stanu zużycia ww. części. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy dla aparatu do znieczulania Aestiva 7100 Zamawiający wymaga w trakcie 12 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana

będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

**Odp.: Wymiana zestawu części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu w trakcie przeglądu i płatna dodatkowo.**

**34.** Pytanie nr 14. Dotyczy: pakiet nr 3, poz. 3:

Zgodnie z zapytaniem w ww. pakiecie w zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów powinna wchodzić wymiana części przewidziana w dokumentacji technicznej urządzeń.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania Aestiva 7100 co 24 miesiące wymagana jest wymiana następujących części:

- Zestaw uszczelek
- Wewnętrzna bateria
- Free breathing flapper valve
- Free breathing valve o-ring

Wykonawca nie ma wiedzy na temat stanu zużycia ww. części. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy dla aparatu do znieczulania Aestiva 7100 Zamawiający wymaga w trakcie 12 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

**Odp.: Wymiana zestawu części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu w trakcie przeglądu i płatna dodatkowo.**

**35.** Pytanie nr 15. Dotyczy: pakiet nr 3, poz. 4:

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu a także w zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów zapytania. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części

serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Prosimy o podanie pełnej nazwy i modelu aparatu do znieczulania AESPIRE S/5 (7100,7800). Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie.

Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie podzespoły powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

**Odp. AESPIRE S/5 7100**

**36.** Pytanie nr 16. Dotyczy: pakiet nr 3, poz. 4:

Zgodnie z zapytaniem w ww. pakiecie w zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów powinna wchodzić wymiana części przewidziana w dokumentacji technicznej urządzeń.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania Aespire 7100 w zależności od stanu zużycia wymagana jest wymiana następujących części:

- Czujnik przepływu
- Czujnik tlenu
- Miech
- Membrana zastawki wydechowej
- Pressure relief valve assy (pop-off)
- DISC CHK V RVSBL 1.025D

Wykonawca nie ma wiedzy na temat stanu zużycia ww. części. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy dla aparatu do znieczulania Aespire 7100 Zamawiający wymaga w trakcie 12 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

**Odp.: Wymiana zestawu części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu w trakcie przeglądu i płatna dodatkowo.**

**37.** Pytanie nr 17. Dotyczy: pakiet nr 3, poz. 4:

Zgodnie z zapytaniem w ww. pakiecie w zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów powinna wchodzić wymiana części przewidziana w dokumentacji technicznej urządzeń.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania Aespire 7100 co 12 miesięcy wymagana jest wymiana następujących części:

- Uszczelki gniazd parowników
- Filtr wentylatora
- Filtr (drive gas)
- Filtr wejściowy zasilania gazów
- Filtr wejściowy butli
- Sealing ring (DIN) (uszczelka butli)
- Sealing ring, N2O DIN Conn 11 (uszczelka butli)

Wykonawca nie ma wiedzy na temat daty ostatniej wymiany ww. części. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy dla aparatu do znieczulania Aespire 7100 Zamawiający wymaga w trakcie 12 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

**Odp.: Wymiana zestawu części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu w trakcie przeglądu i płatna dodatkowo.**

**38.** Pytanie nr 18. Dotyczy: pakiet nr 3, poz. 4:

Zgodnie z zapytaniem w ww. pakiecie w zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów powinna wchodzić wymiana części przewidziana w dokumentacji technicznej urządzeń.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania Aespire 7100 co 24 miesiące wymagana jest wymiana następujących części:

- Bateria wewnętrzna

- Free breathing flapper valve
- Free breathing valve o-ring

Wykonawca nie ma wiedzy na temat daty ostatniej wymiany ww. części. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy dla aparatu do znieczulania Aespire 7100 Zamawiający wymaga w trakcie 12 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

**Odp.: Wymiana zestawu części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu w trakcie przeglądu i płatna dodatkowo.**

**39.** Pytanie nr 19. Dotyczy: pakiet nr 3, poz. 4:

Zgodnie z zapytaniem w ww. pakiecie w zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów powinna wchodzić wymiana części przewidziana w dokumentacji technicznej urządzeń.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania Aespire 7900 w zależności od stanu zużycia wymagana jest wymiana następujących części:

- Czujnik przepływu
- Czujnik tlenu
- Miech
- Membrana zastawki wydechowej
- Pressure relief valve assy (pop-off)
- DISC CHK V RVSBL 1.025D

Wykonawca nie ma wiedzy na temat stanu zużycia ww. części. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy dla aparatu do znieczulania Aespire 7100 Zamawiający wymaga w trakcie 12 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na

przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odp.: Wymiana zestawu części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu w trakcie przeglądu i płatna dodatkowo.

**40.** Pytanie nr 20. Dotyczy: pakiet nr 3, poz. 4:

Zgodnie z zapytaniem w ww. pakiecie w zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów powinna wchodzić wymiana części przewidziana w dokumentacji technicznej urządzeń.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania Aespire 7100 co 12 miesięcy wymagana jest wymiana następujących części:

- Uszczelka gniazda parownika
- Filtr piankowy
- Filtr (under GIV, 2-micron drive gas)
- Filtr wejściowy zasilania gazów
- Filtr wejściowy butli
- Sealing ring (DIN) (uszczelka butli)
- Sealing ring, N2O DIN Conn 11 (uszczelka butli)

Wykonawca nie ma wiedzy na temat daty ostatniej wymiany ww. części. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy dla aparatu do znieczulania Aespire 7100 Zamawiający wymaga w trakcie 12 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

**Odp.: Wymiana zestawu części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu w trakcie przeglądu i płatna dodatkowo.**

**41.** Pytanie nr 21. Dotyczy: pakiet nr 3, poz. 4:

Zgodnie z zapytaniem w ww. pakiecie w zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów powinna wchodzić wymiana części przewidziana w dokumentacji technicznej urządzeń.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe



oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania Aespire 7100 co 24 miesiące wymagana jest wymiana następujących części:

- Bateria wewnętrzna
- Free breathing flapper valve
- Free breathing valve o-ring

Wykonawca nie ma wiedzy na temat daty ostatniej wymiany ww. części. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy dla aparatu do znieczulania Aespire 7100 Zamawiający wymaga w trakcie 12 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

**Odp.: Wymiana zestawu części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu w trakcie przeglądu i płatna dodatkowo.**

**42.** Pytanie nr 22. Dotyczy: pakiet nr 4:

Zgodnie z zapytaniem w ww. pakiecie w zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów powinna wchodzić wymiana części przewidziana w dokumentacji technicznej urządzeń.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania Julian w zależności od stanu zużycia wymagana jest wymiana następujących części:

- Czujnik tlenu
- Czujnik przepływu

Wykonawca nie ma wiedzy na temat stanu zużycia ww. części. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy dla aparatu do znieczulania Julian Zamawiający wymaga w trakcie 12 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący,

uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

**Odp.: Wymiana zestawu części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu w trakcie przeglądu i płatna dodatkowo.**

**43.** Pytanie nr 23. Dotyczy: pakiet nr 4:

Zgodnie z zapytaniem w ww. pakiecie w zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów powinna wchodzić wymiana części przewidziana w dokumentacji technicznej urządzeń.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania Julian co 24 miesiące wymagana jest wymiana następujących części:

- Drager Julian 2 Years Set

Wykonawca nie ma wiedzy na temat daty ostatniej wymiany ww. części. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy dla aparatu do znieczulania Julian Zamawiający wymaga w trakcie 12 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

**Odp.: Wymiana zestawu części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu w trakcie przeglądu i płatna dodatkowo.**

**44.** Pytanie nr 24. Dotyczy: pakiet nr 4:

Zgodnie z zapytaniem w ww. pakiecie w zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów powinna wchodzić wymiana części przewidziana w dokumentacji technicznej urządzeń.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania Julian co 60 miesięcy wymagana jest wymiana następujących części:

- Time-keeper RAM

Wykonawca nie ma wiedzy na temat daty ostatniej wymiany ww. części. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy dla aparatu do znieczulania Julian Zamawiający wymaga w trakcie 12 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

**Odp.: Wymiana zestawu części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu w trakcie przeglądu i płatna dodatkowo.**

**45.** Pytanie nr 25. Dotyczy: pakiet nr 4:

Zgodnie z zapytaniem w ww. pakiecie w zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów powinna wchodzić wymiana części przewidziana w dokumentacji technicznej urządzeń.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania Julian co 72 miesiące wymagana jest wymiana następujących części:

- Drager Julian 6 Years Set

Wykonawca nie ma wiedzy na temat daty ostatniej wymiany ww. części. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy dla aparatu do znieczulania Julian Zamawiający wymaga w trakcie 12 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

**Odp.: Wymiana zestawu części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu w trakcie przeglądu i płatna dodatkowo.**

**46.** Pytanie nr 26. Dotyczy: pakiet nr 21, poz. 1-4:

Zgodnie z zapytaniem w ww. pakiecie w zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów powinna wchodzić wymiana części przewidziana w dokumentacji technicznej urządzeń.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Bennett 7200 co 2500 godzin wymagana jest wymiana następujących części:

- 2.5K PM KIT

Wykonawca nie ma wiedzy na temat przebiegu respiratorów. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których respiratorów Bennett 7200 Zamawiający wymaga w trakcie 12 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

**Odp.: Wymiana zestawu części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu w trakcie przeglądu i płatna dodatkowo.**

**47.** Pytanie nr 27. Dotyczy: pakiet nr 21, poz. 1-4:

Zgodnie z zapytaniem w ww. pakiecie w zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów powinna wchodzić wymiana części przewidziana w dokumentacji technicznej urządzeń.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Bennett 7200 co 10000 godzin wymagana jest wymiana następujących części:

- 10K PM KIT

- Bateria podtrzymania pamięci - 2szt.

Wykonawca nie ma wiedzy na temat przebiegu respiratorów. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których respiratorów Bennett 7200 Zamawiający wymaga w trakcie 12 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części

prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

**Odp.: Wymiana zestawu części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu w trakcie przeglądu i płatna dodatkowo.**

**48.** Pytanie nr 28. Dotyczy: pakiet nr 21, poz. 5-9:

Zgodnie z zapytaniem w ww. pakiecie w zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów powinna wchodzić wymiana części przewidziana w dokumentacji technicznej urządzeń.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Bennett 840 co 12 miesięcy lub jeżeli stan zużycia na to wskazuje wymagana jest wymiana następujących części:

- Czujnik tlenu

Wykonawca nie ma wiedzy na temat stanu zużycia i terminu ostatniej wymiany ww. części. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których respiratorów Bennett 840 Zamawiający wymaga w trakcie 12 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

**Odp.: Wymiana zestawu części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu w trakcie przeglądu i płatna dodatkowo.**

**49.** Pytanie nr 29. Dotyczy: pakiet nr 21, poz. 5-9:

Zgodnie z zapytaniem w ww. pakiecie w zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów powinna wchodzić wymiana części przewidziana w dokumentacji technicznej urządzeń.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w

postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Bennett 840 co 24 miesiące wymagana jest wymiana następujących części:

- Pakiet akumulatorów

Wykonawca nie ma wiedzy na temat terminu ostatniej wymiany ww. części. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których respiratorów Bennett 840 Zamawiający wymaga w trakcie 12 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

**Odp.: Wymiana zestawu części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu w trakcie przeglądu i płatna dodatkowo.**

**50.** Pytanie nr 30. Dotyczy: pakiet nr 21, poz. 5-9:

Zgodnie z zapytaniem w ww. pakiecie w zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów powinna wchodzić wymiana części przewidziana w dokumentacji technicznej urządzeń.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Bennett 840 co 10000 wymagana jest wymiana następujących części:

- 10K PM KIT FOR THE 10.4 [Zestaw serwisowy Puritan Bennett 840 10K]

Wykonawca nie ma wiedzy na temat przebiegu respiratorów. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których respiratorów Bennett 840 Zamawiający wymaga w trakcie 12 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji

zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

**Odp.: Wymiana zestawu części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu w trakcie przeglądu i płatna dodatkowo.**

**51.** Pytanie nr 31. Dotyczy: pakiet nr 21, poz. 5-9:

Zgodnie z zapytaniem w ww. pakiecie w zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów powinna wchodzić wymiana części przewidziana w dokumentacji technicznej urządzeń.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Bennett 840 co 15000 wymagana jest wymiana następujących części:

- 15K PM KIT FOR COMPRESSOR 806 [Zestaw serwisowy kompresora 230V] (jeżeli urządzenie posiada kompresor)

Wykonawca nie ma wiedzy na temat przebiegu respiratorów. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których respiratorów Bennett 840 Zamawiający wymaga w trakcie 12 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

**Odp.: Wymiana zestawu części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu w trakcie przeglądu i płatna dodatkowo.**

**52.** Pytanie nr 32. Dotyczy: pakiet nr 21, poz. 10:

Zgodnie z zapytaniem w ww. pakiecie w zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów powinna wchodzić wymiana części przewidziana w dokumentacji technicznej urządzeń.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z

wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Bennett 980 co 12 miesięcy lub jeżeli stan zużycia na to wskazuje wymagana jest wymiana następujących części:

- Czujnik tlenu

Wykonawca nie ma wiedzy na temat stanu zużycia i terminu ostatniej wymiany ww. części. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy dla respiratora Bennett 980 Zamawiający wymaga w trakcie 12 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

**Odp.: Wymiana zestawu części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu w trakcie przeglądu i płatna dodatkowo.**

**53.** Pytanie nr 33. Dotyczy: pakiet nr 21, poz. 10:

Zgodnie z zapytaniem w ww. pakiecie w zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów powinna wchodzić wymiana części przewidziana w dokumentacji technicznej urządzeń.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Bennett 980 co 12 miesięcy wymagana jest wymiana następujących części:

- Cooling fan filter [filtr wentylatora]

- DC compressor filter [filtr kompresora] (jeżeli jest kompresor)

Wykonawca nie ma wiedzy na temat terminu ostatniej wymiany ww. części. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy dla respiratora Bennett 980 Zamawiający wymaga w trakcie 12 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać



uwzględnione w wycenie przetargowej.

**Odp.: Wymiana zestawu części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu w trakcie przeglądu i płatna dodatkowo.**

**54.** Pytanie nr 34. Dotyczy: pakiet nr 21, poz. 10:

Zgodnie z zapytaniem w ww. pakiecie w zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów powinna wchodzić wymiana części przewidziana w dokumentacji technicznej urządzeń.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Bennett 980 co 12 miesięcy lub co 10000 godzin lub co 100 dezynfekcji wymagana jest wymiana następujących części:

- Exhalation valve flow sensor assembly [Zespół czujnika przepływu zaworu wydechowego]

Wykonawca nie ma wiedzy na temat przebiegu respiratorów i terminu ostatniej wymiany ww. części. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy dla respiratora Bennett 980 Zamawiający wymaga w trakcie 12 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

**Odp.: Wymiana zestawu części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu w trakcie przeglądu i płatna dodatkowo.**

**55.** Pytanie nr 35. Dotyczy: pakiet nr 21, poz. 10:

Zgodnie z zapytaniem w ww. pakiecie w zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów powinna wchodzić wymiana części przewidziana w dokumentacji technicznej urządzeń.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Bennett 980 co 10000 godzin wymagana jest wymiana następujących części:

- BDU 10K PM KIT [Zestaw serwisowy 10tys. godzin]

- Inspiratory filter [wewnętrzny filtr wdechowy]

Wykonawca nie ma wiedzy na temat przebiegu respiratorów. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy dla respiratora Bennett 980 Zamawiający wymaga w trakcie 12 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

**Odp.: Wymiana zestawu części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu w trakcie przeglądu i płatna dodatkowo.**

**56.** Pytanie nr 36. Dotyczy: pakiet nr 21, poz. 10:

Zgodnie z zapytaniem w ww. pakiecie w zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów powinna wchodzić wymiana części przewidziana w dokumentacji technicznej urządzeń.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Bennett 980 co 36 miesięcy wymagana jest wymiana następujących części:

- Pakiet akumulatorowy (2 szt.)

Wykonawca nie ma wiedzy na temat terminu ostatniej wymiany ww. części. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy dla respiratora Bennett 980 Zamawiający wymaga w trakcie 12 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

**Odp.: Wymiana zestawu części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu w trakcie przeglądu i płatna dodatkowo.**

Do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy  
Prawo Zamówień Publicznych  
(wartość zamówienia nie przekracza 30 tys. euro).

**Z poważaniem**

Otrzymują:  
1 x Adresat  
1 x a/a