



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 283/ 07/2019

Chrzanów, dnia 23.07.2019

## Wykonawcy

**Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do przetargu nieograniczonego nr 38/2019 - „Dostawa odczynników do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej”.**

Pytanie 1. Dotyczy Pakietu nr 15. Czy Zamawiający zaakceptuje analizator, który zużywa do 5l wody na godzinę pracy przy pełnym obciążeniu?

**Odp. Tak.**

Pytanie 2. Dotyczy Pakietu nr 15. Czy Zamawiający zaakceptuje analizator, który próbkę aspiruje za pomocą jednorazowych końcówek? Jednorazowe końcówki eliminują całkowicie efekt kontaminacji pomiędzy próbkami i wpływają na ograniczenie zużycia wody przez analizator.

**Odp. Tak.**

Pytanie 3. Dotyczy Pakietu nr 15. Czy Zamawiający zaakceptuje opakowania po 100 testów? Ilość badań wykonywanych przez Zamawiającego gwarantuje wykorzystanie odczynnika bez strat, w granicach jego stabilności gwarantowanej przez producenta.

**Odp. Nie.**

Pytanie 4. Dotyczy Pakietu nr 15. Czy Zamawiający zaakceptuje analizator posiadający 15 pozycji odczynnikowych? Zamawiający planuje wykonywać na aparacie 2 rodzaje testów, oczekiwanie 20 pozycji odczynnikowych wydaje się być nieuzasadnione lub omyłkowe.

**Odp. Tak.**

Pytanie 5. Dotyczy Pakietu nr 15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby do wykonania testów z pakietu 15 wykorzystać analizator dzierżawiony w pakiecie 19 jako backup?

**Odp. Nie.**

Pytanie 6. Dotyczy Pakietu nr 15. Prosimy o podanie, czy ilość badań wymieniona w SIWZ zawiera już testy przeznaczona na wykonanie oznaczeń kalibracyjnych i kontrolnych, czy też Oferent powinien je doliczyć?

**Odp. Tak, zawierają.**

Pytanie 7. Dotyczy Pakietu nr 19. W związku z wymogiem zainstalowania klimatyzatora prosimy o podanie kubatury pomieszczenia w celu dopasowania modelu urządzenia o odpowiedniej mocy.

**Odp. Około 300 m<sup>3</sup>.**



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Pytanie 8. Dotyczy wzoru umowy §9 ust. d). W związku z wysyłką towaru bezpośrednio od producenta z zagranicy i brakiem możliwości dołączenia do dostawy faktury VAT, która drukowana jest w Polsce czy Zamawiający wyrazi zgodę na wysłanie faktury VAT zgodnie z ustawą, w postaci osobnej przesyłki a dołączenie do dostawy wykazu zamówionych towarów zawierającego nazwę i numer katalogowy zamawianej pozycji, ilość opakowań oraz numer serii?

**Odp. Zamawiający zmienia zapis wzoru umowy §9 pkt. d) na: „nie dostarczenia faktury wraz z towarem lub w terminie określonym w §3 ust. 6”**

Pytanie 9. Dotyczy pakietu 22. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie odczynnika do PT (poz.1) konfekcjonowany 5 x sml z odpowiednim przeliczeniem na ilość wymaganą ?

**Odp. Tak.**

Pytanie 10. Dotyczy pakietu 22. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie płynu czyszczącego – wielkość opakowania 100 ml z odpowiednim przeliczeniem na ilość wymaganą ?

**Odp. Tak.**

Pytanie 11. Dotyczy pakietu nr 2. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania dla krążków raportu z badań porównawczych EUCAST ?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 12. Dotyczy pakietu 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczepów wzorcowych pochodzących z I pasażu w postaci liofilizowanych krążków, w opakowaniu 1x10 szt.?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 13. Prosimy o wyłączenie pozycji 25, 37, 38, 39 z Pakietu 1 oraz pozycji 3 i 5 z pakietu 17 i utworzenie z nich odrębnego pakietu. Obecny opis przedmiotu zamówienia tworzy preferencje dla konkretnego wytwórcy, dysponującego pełnym asortymentem wymienionym w Pakietach 1 oraz 8, uniemożliwiając składanie ofert pozostałym podmiotom posiadającym w swojej ofercie testy immunochromatograficzne, lecz nie posiadającym pozostałej części asortymentu, co budzi podejrzenia o faworyzowanie konkretnego wytwórcy przez Zamawiającego z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych (na podstawie przepisów zawartych art. 17.1 pkt. 1) i pkt. 5b) ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.)). Poprzez sformułowanie przedmiotu zamówienia ograniczające faktyczny krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia, posiadających w swojej ofercie testy immunochromatograficzne, Zamawiający narusza odpowiednie przepisy ustawy PZP:

- 1) art. 7 ust. 1, poprzez przeprowadzenie postępowania w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości oraz proporcjonalności, poprzez sformułowanie postanowień SIWZ w sposób bezzasadnie ograniczający krąg podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu;
- 2) art. 29 ust. 1, 2 i 3 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na wprowadzeniu do jednego zamówienia produktów dostępnych tylko u jednego lub bardzo ograniczonej liczby podmiotów bez podziału tego zamówienia na części i tym samym ograniczenie liczby wykonawców uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu;



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108  
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

3) art. 29 ust. 1, 2 i 3 w zw. art. 36aa ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na niedopuszczeniu możliwości składania ofert częściowych/nieudzielenie zamówienia w częściach i tym samym ograniczenie liczby podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu. W odniesieniu do art. 96 ust. 1 pkt. 11 ustawy PZP (zgodnie z którym Zamawiający powinien literalnie wskazać przyczyny niedokonania podziału zamówienia na części), cytowany przepis stanowi transpozycję do polskiego porządku prawnego normy zawartej w art. 46 ust. 1 dyrektywy klasycznej. Zgodnie z motywem 78 preambuły do dyrektywy klasycznej w przypadku, gdy instytucja zamawiająca zdecyduje, że podział zamówienia na części nie byłby właściwy, stosowne indywidualne sprawozdanie lub dokumenty zamówienia powinny zawierać wskazanie głównych przyczyn decyzji instytucji zamawiającej. Przesłanki zawarte w powyższym motywie preambuły nie mają zastosowania w przedmiotowym postępowaniu. Zgodnie z treścią sentencji wyroku KIO z dnia 2017-01-02, sygn. akt.: KIO 2346/16 (w myśl którego KIO nakazała instytucji zamawiającej dokonanie podziału zamówienia na części) : „uznać należy, iż obawy związane z ewentualnymi niewielkimi trudnościami czy kosztami bądź nieznacznymi problemami z koordynowaniem działań wykonawców, a tym bardziej wygoda zamawiającego, nie powinny stanowić dostatecznej podstawy do zaniechania podziału zamówienia na części.”

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 14. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jakiej wielkości opakowań Zamawiający oczekuje w pakietach 1 oraz 17, tak aby właściwie przeliczyć ilość wymaganych oznaczeń.

**Odp. W pakiecie nr 1 dla poz. 25 - 20 szt, dla poz. 37 – 20 szt, dla poz. 38 – 10 szt., dla poz 43 – 20 szt, dla poz. 45 – 16 oznaczeń. Pozostałe zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 15. Pytania do pakietu nr 11. Odczynniki do biochemii wraz z dzierżawą analizatora. Prosimy o potwierdzenie, że podane ilości badań w zakresie biochemii zawierają ilości testów na kontrole i kalibracje badań.

**Odp. Tak, zawierają.**

Pytanie 16. Pytania do pakietu nr 11. Odczynniki do biochemii wraz z dzierżawą analizatora. Prosimy o umożliwienie poprawienia ilości opakowań odczynników w kolumnie „Ilość” na ilość opakowań odpowiadającą konfekcjonowaniu odczynników dla pozycji, gdzie istnieją różnice.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 17. Pytania do pakietu nr 11. Odczynniki do biochemii wraz z dzierżawą analizatora. Czy Zamawiający wymaga, aby kalkulując ilość oferowanych opakowań odczynników biochemicznych kierować się jedynie zapisami w kolumnie „Ilość badań” przy założeniu, że zaoferowane opakowania handlowe odczynnika zapewniają możliwość wykonania oznaczeń nie mniejszą niż podana w kolumnie „Ilość badań” i nie należy doliczać żadnych dodatkowych opakowań odczynników?

**Odp. Tak. Kierować się danymi z kolumny „Ilość badań” i nie należy doliczać dodatkowych opakowań.**

Pytanie 18. Pytania do pakietu nr 11. Odczynniki do biochemii wraz z dzierżawą analizatora. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku niektórych odczynników biochemicznych zaproponować możliwość ich porcjowania do oferowanych przez wykonawcę mniejszych



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

opakowań i zaoferować ich ilości zgodnie z podaną w ulotce odczynnikowej informacją o trwałości odczynnika po otwarciu przechowywanego w analizatorze? Odczynniki we wtórnych opakowaniach umieszczone będą w przypisanych im miejscach w karuzeli odczynnikowej. Takie rozwiązanie umożliwi bardziej ekonomiczne wykorzystanie odczynników w okresie ich gwarantowanej stabilności na pokładzie analizatora i pozwoli na ekonomiczną kalkulację oferty odczynnikowej i zaoferowanie ilości odczynników zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem oferenta o stabilności użytego do porcjowania pierwotnego opakowania odczynnika.

**Odp. Tak.**

Pytanie 19. Pytania do pakietu nr 11. Odczynniki do biochemii wraz z dzierżawą analizatora. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, jeśli serwis producenta analizatora zobowiązuje się do wszelkich procedur konserwacyjnych elektrody referencyjnej nie ma konieczności oferowania w postępowaniu przetargowym jakichkolwiek płynów do elektrody referencyjnej i elektrod referencyjnych. Płyny i elektrody referencyjne są dostarczane przez serwis producenta w czasie konserwacji elektrody referencyjnej.

**Odp. Tak.**

Pytanie 20. Pytania do pakietu nr 11. Odczynniki do biochemii wraz z dzierżawą analizatora. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie informacji, jakie oznaczenia biochemiczne oprócz białka w moczu, wykonywane będą w moczu.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 21. Pytania do pakietu nr 11. Odczynniki do biochemii wraz z dzierżawą analizatora. Czy poprzez zapis „Możliwość jednoczesnego umieszczenia w każdym aparacie minimum 80 próbek badanych.” Zamawiający rozumie możliwość podawania próbek w statywach do podajnika o pojemności 80 próbek?

**Odp. Tak.**

Pytanie 22. Pytania do pakietu nr 11. Odczynniki do biochemii wraz z dzierżawą analizatora. W związku z tym, że postępowanie przetargowe zostało ogłoszone na okres 3 lat prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał zagwarantowania uczestnictwa w międzynarodowej kontroli jakości na 3 lata?

**Odp. Tak.**

Pytanie 23. Pytania do pakietu nr 11. Odczynniki do biochemii wraz z dzierżawą analizatora. Czy poprzez zapis „Wymagane stosowanie trwałych kuwet kwarcowych, nie wymagających wymiany podczas trwania umowy.” Zamawiający rozumie zaoferowanie analizatora z trwałymi kuwetami kwarcowymi nie wymagającymi wymiany przez użytkownika podczas trwania Umowy.

**Odp. Tak.**

Pytanie 24. Pytania do pakietu nr 11. Odczynniki do biochemii wraz z dzierżawą analizatora. Prosimy o potwierdzenie, że podana w SIWZ minimalna wydajność analizatora biochemicznego jest maksymalną wydajnością podaną w materiałach marketingowych producenta analizatora.

**Odp. Tak.**

Pytanie 25. Pytania do pakietu nr 11. Odczynniki do biochemii wraz z dzierżawą analizatora. Prosimy o potwierdzenie jeśli w instrukcji obsługi podano jedynie okres gwarancji jakim objęta jest lampa, a jej wymiana w procedurach konserwacyjnych zalecana jest „w razie potrzeby” jej



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32–500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

wymianę można założyć kierując się najlepszą wiedzą i doświadczeniami producenta?  
**Odp. Tak.**

Pytanie 26. Pytania do pakietu nr 10 Odczynniki do immunodiagnostyki wraz z dzierżawą analizatora. Czy Zamawiający wymaga, aby kalkulując ilość oferowanych opakowań odczynników immunochemicznych kierować się jedynie zapisami w kolumnie „ilość badań” przy założeniu, że zaoferowane ilości opakowań odczynników zapewniają możliwość wykonania liczby oznaczeń nie mniejszej niż podana w kolumnie „ilość badań” i nie należy doliczać żadnych dodatkowych opakowań odczynników.

**Odp. Tak. Kierować się danymi z kolumny „ilość badań” i nie należy doliczać dodatkowych opakowań.**

Pytanie 27. Pytania do pakietu nr 10. Prosimy o umożliwienie poprawienia ilości opakowań odczynników w kolumnie „Ilość” na ilość opakowań odpowiadającą konfekcjonowaniu odczynników, dla pozycji, gdzie istnieją różnice.

**Odp. Tak.**

Pytanie 28. Pytania do pakietu nr 10. Prosimy o potwierdzenie, że podana w SIWZ minimalna wydajność analizatora immunochemicznego jest maksymalną wydajnością podaną w materiałach marketingowych producenta analizatora.

**Odp. Tak.**

Pytanie 29. Pytania do pakietu nr 10. W związku z tym, że postępowanie przetargowe zostało ogłoszone na okres 3 lat prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał zagwarantowania uczestnictwa w międzynarodowej kontroli jakości na 3 lat?

**Odp. Tak.**

Pytanie 30. Pytania do pakietu nr 10. Czy przez zapis „Dla oznaczeń LH, FSH, PROGESTERON, BNP wymagane są opakowania konfekcjonowane po 50 testów.” Zamawiający rozumie, aby opakowanie jednostkowe odczynnika wstawiane na pokład analizatora zawierało nie więcej niż 50 testów.

**Odp. Tak.**

Pytanie 31. Pytania do pakietu nr 10 Prosimy o podanie kubatury pomieszczenia nr 254.

**Odp. 300 m<sup>3</sup>.**

Pytanie 32. Pytania do Pakietu nr 15 Odczynniki do Immunodiagnostyki wraz z dzierżawą analizatora- badania pilne. Czy podane ilości badań zawierają ilości potrzebne na wykonanie kalibracji i kontroli?

**Odp. Tak.**

Pytanie 33. Pytania do Pakietu nr 15 Odczynniki do Immunodiagnostyki wraz z dzierżawą analizatora- badania pilne. Prosimy o potwierdzenie, że podana w SIWZ minimalna wydajność analizatora immunochemicznego jest maksymalną wydajnością podaną w materiałach marketingowych producenta analizatora?

**Odp. Tak.**



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32–500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Pytanie 34. Pytania do Pakietu nr 15 Odczynniki do Immunodiagnostyki wraz z dzierżawą analizatora- badania pilne. Czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie kontroli zewnętrznej dla Prokalcytoniny 2 razy w roku z uzyskaniem Certyfikatu?

**Odp. Tak.**

Pytanie 35. Pytania do Pakietu nr 15 Odczynniki do Immunodiagnostyki wraz z dzierżawą analizatora- badania pilne. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, w którym tylko jeden z materiałów zużywalnych nie jest wymieniany w czasie pracy analizatora?

**Odp. Tak.**

Pytanie 36. Pytania do pakietu nr 20 Odczynniki do hematologii wraz z dzierżawą aparatu. Dotyczy pkt. 6. Czy Zamawiający dopuści analizator z menu dostępnym w postaci intuicyjnego systemu symboli/ ikon?

**Odp. Tak.**

Pytanie 37. Pytania do pakietu nr 21 Odczynniki do hematologii wraz z dzierżawą aparatu. Dotyczy pkt. 5. Czy Zamawiający dopuści analizator z roku 2015 w pełni sprawny, po kompleksowym przeglądzie technicznym?

**Odp. Tak.**

Pytanie 38. Pytania do pakietu nr 21 Odczynniki do hematologii wraz z dzierżawą aparatu. Dotyczy pkt 9. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany aparat oznaczał niskie poziomy PLT (poniżej 50.000 PLT/ul) metodą, w której tło jest poniżej 3.000 elementów?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 39. Pytania do pakietu nr 21 Odczynniki do hematologii wraz z dzierżawą aparatu. Czy Zamawiający wymaga, aby liczba stosowanych do pomiarów odczynników podstawowych (bez kontroli i kalibratorów) była nie większa niż 5?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 40. Pytania do pakietu nr 21 Odczynniki do hematologii wraz z dzierżawą aparatu. Czy Zamawiający wymaga, aby w przypadku trombocytopenii analizator automatycznie przedłużał czas oznaczania do 20 s oraz nie wymagał dodatkowego oznaczania przy użyciu drogich odczynników fluorescencyjnych, zachowując porównywalną jakość pomiaru?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 41. Pytania do pakietu nr 21 Odczynniki do hematologii wraz z dzierżawą aparatu. Dotyczy pkt 8. Czy Zamawiający wymaga, aby zastosowana technologia umożliwiała Różnicowanie leukocytów na 5 populacji przeprowadzane równocześnie w jednej komorze z zastosowaniem trzech różnych metod pomiarowych VCS, bez barwienia cytochemicznego, z użyciem lasera półprzewodnikowego i umożliwiających monitorowanie rozkładu elementów morfotycznych w 3D.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 42. Pytania do pakietu nr 21 Odczynniki do hematologii wraz z dzierżawą aparatu. Dotyczy pkt 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby analizator nie był wyposażony w ekran dotykowy, tylko w zewnętrzny komputer z tradycyjnym ekranem?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32–500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Pytanie 43. Dotyczy pakietu 20 i 21. Czy Zamawiający prawidłowo przypisał tabele asortymentowo-cenowe w zakresie ilości badań do opisanych analizatorów? Opis analizatora w pakiecie 20 wskazuje na analizator, który pozwoli na wykonanie 60.000 badań w skali 3 lat (mały analizator), natomiast w pakiecie 21 na wykonanie 160.000 badań w skali 3 lat (duży analizator). Prosimy o korektę numeracji tabeli asortymentowo-cenowych.

**Odp. Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w pakietach/arkuszach asortymentowo-cenowych.**

**Jest: Pakiet 21. Odczynniki do hematologii; ma być: Pakiet 20. Odczynniki do hematologii.**

**Jest: Pakiet 20. Odczynniki do hematologii; ma być: Pakiet 21. Odczynniki do hematologii.**

**Zamawiający załącza poprawione pakiety/arkusze asortymentowo-cenowe do odpowiedzi.**

Pytanie 44. Pytania do SIWZ. Czy Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym oraz arkuszu wymagań do pakietów - zapisów dotyczących tylko tych pakietów, na które Wykonawca będzie składał ofertę? Pozostałe części zostaną usunięte.?

**Odp. Tak.**

Pytanie 45. Do umowy : §8 ust. 2 lit. e – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „za rozwiązanie umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 10 % niezrealizowanej części umowy brutto”?

**Odp. Zapisy pozostają bez zmian.**

Pytanie 46. Do umowy : §9 pkt d) – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie tego punktu? Zamawiający sam pozwala na dostarczanie faktury do 5 dni od daty dostawy towaru §3 ust. 6.

**Odp. Zamawiający zmienia zapis wzoru umowy §9 pkt. d) na: „nie dostarczenia faktury wraz z towarem lub w terminie określonym w §3 ust. 6”**

Pytanie 47. Do umowy : §12 ust. 3 tiret a) - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na : „ustawowych zmian stawki podatku VAT - zmiana podatku VAT następuje z mocy prawa. Ceny netto podane w umowie nie ulegną zmianie - zmiana stawki podatku VAT powoduje zmiany ceny brutto.”?

**Odp. Zapisy pozostają bez zmian.**

**Pytanie 48. Dotyczy: Wzór umowy . W §4 "Dostawa odczynników" Zamawiający wymaga aby produkty posiadały odpowiednie terminy ważności pozwalające na swobodne użytkowanie przez okres min 6 miesięcy ((w pakietach nr 1,6,10,19 – min. 4 miesiące).**

**Prosimy aby Zamawiający wyraził zgodę na zaoferowanie odczynników i materiałów zużywalnych z 4 miesięcznym terminem ważności także dla pakietu nr 18 – RKZ.**

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 49. Dotyczy: Wzór umowy §3 podpunkt nr 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie towaru wraz z dokumentem WZ wystawionym przez producenta zamawianego





# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32–500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

towaru to jest Radiometer Medica Aps z uwagi na to iż zamówienia wysyłane są z naszej centrali w Dani?

**Odp. Tak. Zgodnie z zapisami wzoru umowy §3 ust. 6: Zamawiający ureguje należność w terminie 60 dni od daty wystawienia faktury. W przypadku dostarczenia wraz z towarem dokumentu WZ, faktura musi być dostarczona do Zamawiającego w terminie do 5 dni od daty dostawy.**

Pytanie 50. Dotyczy: Wzór umowy §3 podpunkt nr 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie faktury korekty (oryginał + kopia) w przeciągu 4 dni roboczych?

**Odp. Zamawiający zmienia zapis wzoru umowy §3 ust. 4 na: 4. Na fakturze lub dokumentacji wz musi być podana nazwa, seria, nr katalogowy, data ważności asortymentu. Korekta (oryginał + kopia) ceny lub zwróconego towaru zostanie dostarczona do ZDL w ciągu 3 dni roboczych.**

Pytanie 51. Dotyczy: Wzór umowy §4 podpunkt nr 12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę wymianę towar do 4 dni roboczych od momentu przyjęcia reklamacji – dotyczy to również zwrotu towaru?

**Odp. Zapis nie ulega zmianie.**

Pytanie 52. Dot. Arkusz Wymagań do Pakietów (AIT), Pakiet nr 21, pkt 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na analizator z automatycznym podajnikiem na 50 próbek oraz statywami na 100 próbek oczekujących na oznaczenie ? W związku z tym, że Zamawiający podaje oznaczenia w ilości 60 000 na kontrakt (36 miesięcy), czyli około 50 próbek dziennie, wykonawca zaoferuje analizator z podajnikiem na 50 próbek, który zapewni komfortową i nieprzerwaną pracę laboratorium.

**Odp. Zgodnie z SIWZ. Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w pakietach/arkuszach asortymentowo-cenowych.**

**Jest: Pakiet 21. Odczynniki do hematologii; ma być: Pakiet 20. Odczynniki do hematologii.**

**Jest: Pakiet 20. Odczynniki do hematologii; ma być: Pakiet 21. Odczynniki do hematologii.**

**Zamawiający załącza poprawione pakiety/arkusze asortymentowo-cenowe do odpowiedzi.**

Pytanie 53. Dot. Arkusz Wymagań do Pakietów (AIT), Pakiet nr 21, pkt 18. W związku z tym, że Zamawiający oczekuje aby analizator miał możliwość oznaczania retikulocytów, prosimy o podanie jaką ilość oznaczeń retikulocytów Zamawiający ma zamiar wykonać w czasie trwania umowy.

**Odp. Około 2000 oznaczeń.**

Pytanie 54. Dot. Arkusz Wymagań do Pakietów (AIT), Pakiet nr 20, pkt 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na analizator z intuicyjnym oprogramowaniem w języku angielskim oraz instrukcją obsługi w języku polskim dostępną elektronicznie w analizatorze oraz dodatkowo w formie papierowej?

**Odp. Tak.**

Pytanie 55. Dotyczy: Arkusz wymagań do pakietów (AIT) Pakiet 20 Odczynniki do hematologii wraz z dzierżawą analizatora. Pkt. 6. „Analizator z oprogramowaniem w języku polskim.” Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość zaoferowania analizatora hematologicznego z intuicyjnym oprogramowaniem w języku angielskim wraz z instrukcją w języku polskim. Prosimy o zastosowanie analogicznego zapisu jak w punkcie 6 arkusza wymagań do pakietu 21 (Odczynniki



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892





# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32–500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

do hematologii wraz z dzierżawą analizatora) – „Analizator z oprogramowaniem w języku polskim lub instrukcja w języku polskim.”

## **Odp. Tak.**

Pytanie 56. Dotyczy: Arkusze wymagań do pakietów (AIT) Pakiet 20 Odczynniki do hematologii wraz z dzierżawą analizatora Pkt. 8. „Technologia pomiaru: Laser półprzewodnikowy, cytometria przepływowa, bez chemicznego barwienia lub Impadancja i pomiar absorbancji przy użyciu światła LED.” Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość zaoferowania analizatora hematologicznego, w którym różnicowanie WBC wykonywane jest metodą cytometrii przepływowej z zastosowaniem lasera półprzewodnikowego i barwienia cytochemicznego.

## **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 57. Dotyczy: Arkusze wymagań do pakietów (AIT) Pakiet 20 Odczynniki do hematologii wraz z dzierżawą analizatora. Pkt. 12. „Funkcja STAT dla próbek CITO.” Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość zaoferowania analizatora hematologicznego bez funkcji STAT dla próbek CITO. Ze względu na fakt, że Zamawiający nie uwzględnił w arkuszu wymagań do pakietu 20 konieczności wyposażenie analizatora w podajnik, funkcja STAT dla próbek CITO nie znajduje zastosowania przy pracy z analizatorem z wolnym dostępem do igły w systemie „próbka za próbka”.

## **Odp. Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w pakietach/arkuszach asortymentowo-cenowych.**

**Jest: Pakiet 21. Odczynniki do hematologii; ma być: Pakiet 20. Odczynniki do hematologii.**

**Jest: Pakiet 20. Odczynniki do hematologii; ma być: Pakiet 21. Odczynniki do hematologii.**

**Zamawiający załącza poprawione pakiety/arkusze asortymentowo-cenowe do odpowiedzi.**

Pytanie 58 Dotyczy: Arkusze wymagań do pakietów (AIT) Pakiet 20 Odczynniki do hematologii wraz z dzierżawą analizatora. Czy Zamawiający wymaga aby ilość krwi kontrolnej była wyliczona zgodnie z trwałością produktu po otwarciu podaną przez producenta?

## **Odp. Tak.**

Pytanie 59. Dotyczy: Wykaz oznaczeń do pakietów (pakiety\_38) Pakiet nr. 20: Odczynniki do hematologii wraz z dzierżawą aparatu. W celu prawidłowego wyliczenia ilości odczynników niezbędnych do wykonania oznaczeń prosimy o doprecyzowanie czy wszystkie oznaczenia będą wykonane w trybie CBC+5DIFF? Jeśli nie prosimy o udzielenie informacji w jakim stosunku procentowym będą wykonywane oznaczenia.

## **Odp. 50/50.**

Pytanie 60. Dotyczy: Arkusze wymagań do pakietów (AIT) Pakiet 21 Odczynniki do hematologii wraz z dzierżawą analizatora Pkt. 5. „Analizator fabrycznie nowy lub regenerowany (nie starszy niż 2018r.)” Czy Zamawiający dopuści analizator używany, wyprodukowany w 2015 roku?

## **Odp. Tak.**

Pytanie 61. Dotyczy: Arkusze wymagań do pakietów (AIT) Pakiet 21 Odczynniki do hematologii wraz z dzierżawą analizatora. Pkt. 8. „Technologia pomiaru: Laser półprzewodnikowy, cytometria przepływowa, bez chemicznego barwienia lub Impadancja i pomiar absorbancji przy użyciu światła LED.” Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość zaoferowania analizatora hematologicznego, w



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

[www.szpital-chrzanow.pl](http://www.szpital-chrzanow.pl)

✉ [sekretariat@szpital-chrzanow.pl](mailto:sekretariat@szpital-chrzanow.pl)

którym różnicowanie WBC wykonywane jest metodą cytometrii przepływowej z zastosowaniem lasera półprzewodnikowego i barwienia cytochemicznego.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 62. Dotyczy: Arkusz wymagań do pakietów (AIT) Pakiet 21 Odczynniki do hematologii wraz z dzierżawą analizatora. Pkt. 8. „Technologia pomiaru: Laser półprzewodnikowy, cytometria przepływowa, bez chemicznego barwienia lub Impadancja i pomiar absorbancji przy użyciu światła LED.” Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość zaoferowania analizatora hematologicznego, w którym różnicowanie WBC wykonywane jest metodą fluorescencyjnej cytometrii przepływowej.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 63. Dotyczy: Arkusz wymagań do pakietów (AIT) Pakiet 21 Odczynniki do hematologii wraz z dzierżawą analizatora Pkt. 15. „Wydajność analizatora: min. 100 ozn/h.” Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość zaoferowania analizatora hematologicznego o wydajności 90 oznaczeń CBC+DIFF na godzinę.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 64. Dotyczy: Arkusz wymagań do pakietów (AIT) Pakiet 21 Odczynniki do hematologii wraz z dzierżawą analizatora. Pkt. 16. „Automatyczny podajnik na minimum 100 próbek z możliwością ciągłego uzupełniania o nowe próbki.” Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość zaoferowania analizatora hematologicznego, w którym pojemność podajnika wynosi 50 próbek. Potencjalnie oferowany analizator posiada możliwość ciągłego uzupełniania o nowe próbki.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 65. Dotyczy: Arkusz wymagań do pakietów (AIT) Pakiet 21 Odczynniki do hematologii wraz z dzierżawą analizatora Pkt. 17. „Możliwość oceny frakcji niedojrzałych granulocytów (promielocyty, metamielocyty, mielocyty) jako odrębnej populacji wyrażonej w wartościach bezwzględnych i procentach- parametr z grupy parametrów badawczych z możliwością przesyłania do LIS.” Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość zaoferowania analizatora hematologicznego, w którym parametr opisujący komórki niedojrzałe to LIC (duże niedojrzałe komórki).

Uzasadnienie: Zamawiający uwzględnił w arkuszu wymagań do pakietu 21 konieczność oceny frakcji komórek niedojrzałych z linii granulocytarnej. Równoważny parametr oznaczany przy użyciu potencjalnie zaoferowanego analizatora hematologicznego to LIC (Large Immature Cells). LIC jest parametrem oceniającym wszystkie niedojrzałe komórki, bez ograniczenia do linii granulocytarnej. Dodatkowo należy dodać, że potencjalnie oferowany analizator hematologiczny prócz oznaczania parametru LIC, flaguje takie patologie (obecność flag „Niedojrzałe komórki?”, „Przesunięcie w lewo?”), co w przypadkach zdarzających się próbek patologicznych zabezpiecza Zamawiającego i pozwala na wydanie prawidłowego wyniku.

**Odp. Tak.**

Pytanie 66. Dotyczy: Arkusz wymagań do pakietów (AIT). Pakiet 21 Odczynniki do hematologii wraz z dzierżawą analizatora. Pkt. 18. „Analizator z możliwością oznaczenia retikulocytów.” W związku z uwzględnieniem konieczności oznaczania retikulocytów przez oferowany analizator prosimy o doprecyzowanie ilości wykonywanych oznaczeń RET w okresie trwania umowy. Jest to niezbędne w celu prawidłowego wyliczenia zużycia odczynników oraz innych materiałów eksploatacyjnych. Jeżeli, zgodnie z aktualnym formularzem cenowym, oznaczenia retikulocytów



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108  
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32–500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

nie będą wykonywane, prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie analizatora bez możliwości oznaczania ww. parametru.

**Okolo 2000 oznaczeń.**

Pytanie 67. Dotyczy: Arkusze wymagań do pakietów (AIT) Pakiet 21 Odczynniki do hematologii wraz z dzierżawą analizatora Pkt. 23. „Wykonawca zapewni klimatyzację w pomieszczeniu pracowni 215, zapewniając wymagane przez aparat warunki otoczenia. W celu zaoferowania odpowiedniego klimatyzatora prosimy o podanie powierzchni w m<sup>2</sup> pomieszczenia w którym dany analizator ma się znajdować.

**Odp. 10 m<sup>2</sup>.**

Pytanie 68. Dotyczy: Arkusze wymagań do pakietów (AIT) Pakiet 21 Odczynniki do hematologii wraz z dzierżawą analizatora. Czy Zamawiający wymaga aby ilość krwi kontrolnej była wyliczona zgodnie z trwałością produktu po otwarciu podaną przez producenta?

**Odp. Tak.**

Pytanie 69. Dotyczy: Wykaz oznaczeń do pakietów (pakiety\_38) Pakiet nr. 21: Odczynniki do hematologii wraz z dzierżawą aparatu W celu prawidłowego wyliczenia ilości odczynników niezbędnych do wykonania oznaczeń prosimy o doprecyzowanie czy wszystkie oznaczenia będą wykonane w trybie CBC+5DIFF? Jeśli nie prosimy o udzielenie informacji w jakim stosunku procentowym będą wykonywane oznaczenia.

**Odp. 50/50.**

Pytanie 70. Dotyczy: Arkusze wymagań do pakietów (AIT) Pakiet 20 Odczynniki do hematologii wraz z dzierżawą analizatora oraz Pakiet 21 Odczynniki do hematologii wraz z dzierżawą analizatora. Prosimy o weryfikację czy zamawiający przypadkiem nie zamieścił specyfikacji aparaturowej odwrotnie niż zamierzał a mianowicie specyfikacja aparaturowa w przypadku Pakietu nr. 20 (AIT) opisuje mniejszy aparat o wydajności 60 oznaczeń na godzinę natomiast według formularza z ilościami oznaczeń (pakiety\_38) wynika, że będzie on urządzeniem głównym które ma wykonać 160 000 morfologii w okresie 3 lat natomiast Pakiet nr. 21 (AIT) opisuje większy aparat o wydajności 100 oznaczeń na godzinę natomiast według formularza z ilościami oznaczeń (pakiety\_38) wynika, że będzie on urządzeniem Back Up które ma wykonać 60 000 morfologii w okresie 3 lat. Jeśli zaistniała omyłka prosimy o sprostowanie jednocześnie prosimy mieć na uwadze, że wszystkie pytania zostały zadane zgodnie z pierwotnym przypisaniem specyfikacji do danego pakietu i w przypadku zmiany specyfikacji w pakietach 20 i 21 należy je przemianować tak aby dotyczyły się poszczególnych specyfikacji zgodnie z zamiarem pytającego.

**Odp. Tak. Omyłka. Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w pakietach/arkuszach asortymentowo-cenowych.**

**Jest: Pakiet 21. Odczynniki do hematologii; ma być: Pakiet 20. Odczynniki do hematologii.**

**Jest: Pakiet 20. Odczynniki do hematologii; ma być: Pakiet 21. Odczynniki do hematologii.**

**Zamawiający załącza poprawione pakiety/arkusze asortymentowo-cenowe do odpowiedzi.**

Pytanie 71. Dotyczy: Arkusze wymagań do pakietów (AIT) Pakiet 15 Odczynniki do Immunodiagnostyki wraz z dzierżawą analizatora – badania pilne. Pkt. 10. „Procedura codziennego czyszczenia systemu za pomocą odpowiednich detergentów nie dłużej niż 15 minut.” Czy zamawiający dopuści analizator w przypadku którego procedura codziennego czyszczenia



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32–500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

systemu za pomocą odpowiednich detergentów wynosi do 20 minut?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 72. Dotyczy: Arkusze wymagań do pakietów (AIT) Pakiet 15 Odczynniki do Immunodiagnostyki wraz z dzierżawą analizatora – badania pilne. Pkt. 17. „Analizator wyposażony w podajnik próbek o pojemności minimum 50 probówek.” Prosimy o doprecyzowanie czy pod pojęciem podajnik zamawiający rozumie miejsce w analizatorze na minimum 50 probówek. Probówki wstawiane na pokład analizatora w rack-ach np. po 8 lub 10 probówek w rack-u z możliwością swobodnego dokładania oraz wyjmowania rack-ów z pokładu analizatora po zakończeniu pobierania próbki z ostatniej probówki w danym rack-u bez konieczności zmiany trybu pracy analizatora?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 73. Dotyczy: Arkusze wymagań do pakietów (AIT). Pakiet 10 Odczynniki do immunodiagnostyki wraz z dzierżawą analizatora. Pkt. 25. „Wykonawca zapewni klimatyzację w pomieszczeniu nr. 254, zapewniającą wymagane przez analizator warunki otoczenia.” W celu zaoferowania odpowiedniego klimatyzatora prosimy o podanie powierzchni w m<sup>2</sup> pomieszczenia w którym dany analizator ma się znajdować.

**Odp. 300 m<sup>3</sup>.**

Pytanie 74. Dotyczy: Wykaz oznaczeń do pakietów (pakiety\_38) Pakiet nr 10 Odczynniki do immunodiagnostyki wraz z dzierżawą analizatora. Pkt. 9. „Przeciwciała HCV”. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów do oznaczania Przeciwciała HCV na posiadany przez laboratorium aparat Mini Vidas lub Centaur XP?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

Pytanie 75. Dotyczy: Wykaz oznaczeń do pakietów (pakiety\_38). Pakiet nr 10 Odczynniki do immunodiagnostyki wraz z dzierżawą analizatora. Pkt. 21. „Test potwierdzenia Hbs”

W związku z deklarowaną niewielką ilością oznaczeń „Test potwierdzenia Hbs” prosimy o możliwość zaproponowania zlecenia powyższych oznaczeń na zewnątrz (wysyłkowo) np. do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie lub do dowolnej jednostki wskazanej przez Zamawiającego.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 76. Dotyczy: Arkusze wymagań do pakietów (AIT) Pakiet 11 Odczynniki do biochemii wraz z dzierżawą analizatora Pkt. 12. „Wydajność analizatora nie mniejsza niż 400 oznaczeń ISE/godzinę.” Czy zamawiający dopuści analizator o wydajności nie mniej niż 240 oznaczeń ISE/godzinę?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

Pytanie 77. Dotyczy: Arkusze wymagań do pakietów (AIT) Pakiet 11 Odczynniki do biochemii wraz z dzierżawą analizatora Pkt. 20. „Możliwość identyfikacji próbek badanych, kalibratorów i kontroli za pomocą kodów kreskowych.” Czy zamawiający dopuści analizator który posiada możliwość identyfikacji próbek badanych za pomocą kodów kreskowych natomiast kontrole i kalibratory są przypisane do odpowiedniego miejsca w przedziale/racku?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108  
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32–500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Pytanie 78. Dotyczy: Arkusze wymagań do pakietów (AIT) Pakiet 11 Odczynniki do biochemii wraz z dzierżawą analizatora. Pkt. 21. „Analizator dwuigłowy” Czy zamawiający dopuści analizator trzyigłowy ( I igła próbkowa i II igły reagentowe/odczynnikowe)?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 79. Dotyczy: Arkusze wymagań do pakietów (AIT) Pakiet 11 Odczynniki do biochemii wraz z dzierżawą analizatora. Pkt. 26. „Możliwość ciągłego dostawiania próbek w statywach bez przerywania pracy lub zmiany trybu analizatora.” Czy zamawiający dopuści analizator który posiada karuzelę próbkową i wymaga w trakcie dokładania próbek zmiany trybu pracy?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 80. Dotyczy: Arkusze wymagań do pakietów (AIT). Pakiet 11 Odczynniki do biochemii wraz z dzierżawą analizatora. Pkt. 36. „Analizator i oferowane odczynniki stanowią spójny system analityczny i pochodzą od jednego producenta. Dopuszcza się zaoferowanie maksymalnie 4 zestawów odczynnikowych innego producenta.” Czy zamawiający dopuści aby oferowane odczynniki, kalibratory i kontrole były produkowane przez autoryzowanego dystrybutora oferowanego analizatora ma terenie Polski? Uzasadnienie: Oferowane analizatory posiadają system w pełni otwarty a tym samym umożliwia stosowanie odczynników, kontroli i kalibratorów różnych producentów. Oferowane odczynniki są w 100% kompatybilne a oferowane analizatory posiadają zwalidowane aplikacje do poszczególnych odczynników.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 81. Dotyczy: Arkusze wymagań do pakietów (AIT) Pakiet 11 Odczynniki do biochemii wraz z dzierżawą analizatora. Czy zamawiający wymaga aby ilość kontroli i kalibratorów była wyliczona zgodnie z trwałością produktu po otwarciu podaną przez producenta?

**Odp. Tak.**

Pytanie 82. Dotyczy: Wykaz oznaczeń do pakietów (pakiety\_38). Pakiet nr 10 Odczynniki do immunodiagnostyki wraz z dzierżawą analizatora. Czy zamawiający wymaga aby ilość kontroli i kalibratorów była wyliczona zgodnie z trwałością produktu po otwarciu podaną przez producenta?

**Odp. Tak.**

Pytanie 83. Dotyczy: Arkusze wymagań do pakietów (AIT) Pakiet 15 Odczynniki do Immunodiagnostyki wraz z dzierżawą analizatora – badania pilne. Czy zamawiający wymaga aby ilość kontroli i kalibratorów była wyliczona zgodnie z trwałością produktu po otwarciu podaną przez producenta?

**Odp. Tak.**

Pytanie 84. Dotyczy: Arkusze wymagań do pakietów (AIT) Pakiet 15 Odczynniki do Immunodiagnostyki wraz z dzierżawą analizatora – badania pilne. Czy zamawiający wymaga aby oferowany analizator był fabrycznie nowy?

**Odp. Tak. Wymaga.**

Pytanie 85. Dotyczy: Arkusze wymagań do pakietów (AIT) Pakiet 11 Odczynniki do biochemii wraz z dzierżawą analizatora Pkt. 25. „Możliwość stosowania probówek różnej wielkości w statywie bez konieczności dzielenia próbek.” Czy zamawiający dopuści analizator umożliwiający stosowanie



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

próbówek różnej wielkości w karuzeli próbkowej bez konieczności dzielenia próbek?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 86. Dotyczy: Arkusz wymagań do pakietów (AIT)Pakiet 11 Odczynniki do biochemii wraz z dzierżawą analizatoraPkt. 29. „Objętość martwa max. 50 ul.” Czy zamawiający dopuści analizator którego minimalna objętość martwa wynosi 70 ul?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 87. Dotyczy: Zwracamy się z prośbą o zmianę wartości od której naliczane będą kary w paragrafie 8 punkt 2d oraz 2e na % od wartości niezrealizowanej części umowy.

**Odp. Zapisy pozostają bez zmian.**

Pytanie 88. Dotyczy punktu nr 8 (analizator główny). Czy z uwagi na fakt zmienności technologii pomiarowych w zależności od producenta, Zamawiający zezwala, aby w oferowanych analizatorach hematologicznych wykorzystywana była technologia pomiaru impedancji, absorpcji światła z wykorzystaniem jednorodnego światła żarowego, cytometrii przepływowej?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 89. Dotyczy punktu nr 13 (analizator pomocniczy). Czy Zamawiający zezwala na zaoferowanie analizatora dodatkowego o wydajności 50 morfologii/h?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 90. Dotyczy punktu nr 17 (analizator główny). Czy z uwagi na wymóg przesyłania wyników oznaczania frakcji niedojrzałych granulocytów w wartościach względnych i bezwzględnych do systemu LIS, Zamawiający wymaga, aby były to parametry diagnostyczne raportowane na wyniku pacjenta?

**Odp. Zamawiający dopuszcza. Nie wymaga.**

Pytanie 91. Pytania do pakietu nr 11. Odczynniki do biochemii wraz z dzierżawą analizatora. Prosimy o potwierdzenie, że zaoferowana w postępowaniu Troponina ma być oznaczana metoda wysokoczułą z dostępnymi w ulotkach odczynnikowych wartościami 99 percentyla wyznaczonymi osobno dla kobiet i mężczyzn i bezwzględnymi wartościami diagnostycznymi „delta” oraz że test pozwala na zastosowanie 1 godzinnego algorytmu diagnostyki zawału mięśnia sercowego?

**Odp. Tak.**

**Z poważaniem**

**Dyrektor**

**Szpitala Powiatowego w Chrzanowie**

**mgr Artur Baranowski**

*Sporządził:*



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892