



Arkusz Informacji Technicznej Wideobronchoskop

Pełna nazwa urządzenia:
 Producent:
 Model : Rok Produkcji.....
 Okres gwarancjimiesiące / miesięcy
 Czas dostawy (dni)

L.P.	PARAMETRY URZĄDZENIA	WYMAGANIA GRANICZNE	ODPOWIEDŹ OFEROWANA (opis)
I.	DANE OGÓLNE		
1.	Oferent zapewni pełną kompatybilność oferowanego sprzętu ze zestawem do videoendoskopii posiadanym przez pracownię Endoskopii (procesor CV-190 , źródło światła CLV-190), Dezynfekcja w myjni ETD-3) , bez konieczności nabywania dodatkowych przyłączy oraz automatyczne rozpoznawanie przez myjnię typu i nr fabrycznego endoskopu umożliwiające drukowanie raportu z procesu dezynfekcji zawierające dane endoskopu	TAK	
2.	Obrazowanie w standardzie HDTV	TAK	
3.	Średnica kanału roboczego	Min. 2,8 mm	
4.	Średnica zewnętrzna wziernika	Max. 6,2 mm	
5.	Kąt obserwacji	Min. 120°	
6.	Głębina ostrości – od 3-100 mm	TAK	
7.	Kąt zagięcia: 180° w górę i 130° w dół	TAK	
8.	Schemat kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego	TAK	
9.	Programowalne przyciski funkcyjne na głowicy endoskopu – co najmniej cztery pozwalające na uruchomienie dostępnych funkcji procesora oraz sterowanie urządzeniami zewnętrznymi (m.in. pompą spłukiwania wodą poprzez dodatkowy kanał)	TAK	
10.	Funkcja obracania wziernika sondy endoskopowej 120° prawo/lewo	TAK	
11.	Wbudowany mikrochip informujący o typie i numerze seryjnym	TAK	
Pozostałe wymagania			
1.	Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą)	Tak	
2.	Gwarancja minimum 24 m-cy	Tak	
3.	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny	Tak	
4.	Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii w okresie	Tak	

	gwarancji wynosi 48 godzin, z wyłączeniem świąt		
5.	Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt: - posiada wszelkie wymagane zezwolenia dopuszczające go użytkowania, - jest przeznaczony do zastosowań przy wykonywaniu procedur medycznych.	Tak	
6.	Szkolenie w zakresie obsługi i dezynfekcji dla wskazanych przez Zamawiającego użytkowników w/w sprzętu	Tak	
7.	Przeglądy gwarancyjne i okresowe w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części eksploatacyjnych zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) w cenie oferty	Tak	
8.	Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017 lub 2018 roku.	Tak	

Powyższe parametry stanowią wymagania, których spełnienie jest konieczne.

Zestawienie wymagań dla oceny Kryterium Gwarancja i opieka pogwarancyjna

Gwarancja i opieka serwisowa				
lp	wymaganie	Tak		Sposób oceny
2.	Gwarancja minimum 24 miesiące	podać		24 miesiące - 0 pkt za każdy dodatkowy miesiąc >24 miesiące - 1pkt
3.	Pogwarancyjna opieka serwisowa (POS) co najmniej przez 1 rok (12 miesięcy) po upływie okresu gwarancji, obejmująca, wymianę materiałów i części eksploatacyjnych zalecanych do wymiany przez producenta, wykonywanie napraw, kalibracji i konserwacji urządzenia, wykonywanie okresowych przeglądów, aktualizacja oprogramowania (jeśli dotyczy)	Podać TAK lub NIE		Nie - 0 pkt Tak - 10pkt.

.....
Data i podpis Wykonawcy