



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 01/01/2020

Chrzanów, dnia 01.01.2020

## Wykonawcy

### **Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do przetargu nieograniczonego nr 1/2020 - „Dostawa dializatorów, linii krwi i akcesoriów do dializ dla potrzeb Stacji Dializ””.**

Pytanie 1. Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie nr 3 cewnika permanentnego poliuretanowego schodkowego o średnicy 14,5 Fr i długościach: 19 cm, 23 cm, 27cm, 31cm, 35cm od mufki do zakończenia cewnika? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 2. Czy Zamawiający, wyłączy z Pakietu nr 4 poz. 1 i utworzy osobny podpakiet, co pozwoli na wzięcie udziału w przedmiotowym postępowaniu większej ilości wykonawców i tym samym realizację zasady wolnej konkurencji, a Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty pod względem cenowym i parametrów jakościowych? Zgoda Zamawiającego umożliwi naszej firmie zaoferowanie w postępowaniu linii krwi w pełni kompatybilnych z aparatem Fresenius 4008 B i 4008 S, które od wielu lat są dystrybuowane przez naszą firmę do wiodących ośrodków dializacyjnych w kraju.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 6 składanie ofert na poszczególne pozycje, co pozwoli na wzięcie udziału w przedmiotowym postępowaniu większej ilości wykonawców i tym samym realizację zasady wolnej konkurencji, a zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty pod względem cenowym i parametrów jakościowych?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 4. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie w Pakiecie nr 6 dializatorów z błoną syntetyczną – polinefronową, w poz. 2 o powierzchni 1,5m<sup>2</sup> i w poz. 3 o powierzchni 1,7m<sup>2</sup> i w poz. 4 o powierzchni 2,1m<sup>2</sup>, spełniające pozostałe wymogi siwz.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie następujących parametrów w pakiecie 3: Cewnik naczyniowy permanentny w zestawie, dwuświatłowy, wykonany z poliuretanu o średnicy 14,5 Fr. Dwie wersje do wyboru. Wersja z ramionami prostymi o długości cewnika do mufy: 15,19,23,27,31,35,42, 50cm i wersja z ramionami zakrzywionymi o długości 19, 24, 28 i 31cm. Przepływ do 500ml/min. Symetryczna,



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108  
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

taperowana końcówka cewnika w celu łatwiejszego wszczępienia. Recyrkulacja przy normalnym i odwróconym przepływie w liniach tętniczej i żylniej poniżej 1%. Do około cewnika otwory wycięte w systemie 360 stopni celem zmniejszenia ryzyka przyssania końcówki do ściany naczynia. Objętość wypełnienia naniesiona na zaciskach. Wprowadzacz o średnicy 15Fr ze zintegrowanym zaworem hemostatycznym, nie wymagającym aktywacji, zapobiegającym przedostaniu się powietrza do światła naczynia i utraty krwi, bezpieczny skalpel. Cewnik w zestawie do zakładania metodą Seldingera. 5 sztuk w opakowaniu.

## **Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie 6. Dotyczy **pakietu 3**. Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do hemodializy 14Fr lub 16Fr o długości całkowitej 24cm, 28cm, 32cm, 36cm, 40cm, 55cm do wyboru przez zamawiającego - odporny na zagięcia cewnik z poliuretanu zapewnia wytrzymałość i trwałość. Termowrażliwy, biokompatybilny poliuretan jest radiocieniujący jak również odporny na uszkodzenia wywołane przez płyny na bazie alkoholu czy jodyny. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę z echogenną końcówką, strzykawkę, łącznik przewodnika Y, przewodniki nitinolowy z zakończeniem w kształcie litery J, skalpel, rozszerzacz z powłoczką hydrofilowa, zdejmowana koszulka introduktora, tepy zakrzywiony tunel z mankietem, taśma mocująca cewnik, korki do wstrzykiwań.

## **Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie 7. Dotyczy pakietu nr 3. Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy Zamawiający wymaga cewnika dwukanałowego permanentnego posiadającego obrotowe skrzydełka, poprawiające komfort użytkowania przez pacjenta.

## **Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Pytanie 8. Dotyczy pakietu nr 3. Prosimy także o doprecyzowanie czy zgodnie z rozporządzeniem Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr AOTMiT-WT-553-20/2015 Zamawiający wymaga cewnika z natężeniem przepływu na poziomie 450-500cc przy umiarkowanych ciśnieniach tętniczych. w przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o informacji czym Zamawiający kierował się przy podjęciu takiej decyzji?

## **Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

Pytanie 9. Czy Zamawiający w pozycji 1 pakiet 2 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 12FR i długościach: 15 cm, 17 cm, 20 cm, 25 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogeny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną,



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108  
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewód z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 14 FR x 14 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepna, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika?

## Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10. Czy zamawiający wyłączy z pakietu nr 6 poz 1 i utworzy osobny podpakiet, co pozwoli na wzięcie udziału w przedmiotowym postępowaniu większej ilości wykonawców i tym samym realizację zasady wolnej konkurencji, a Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty pod względem cenowym i parametrów jakościowych?

## Odp. Zgodnie z SIWZ.

**Z poważaniem**

**DYREKTOR**  
**Szpitala Powiatowego w Chrzanowie**  
**mgr Artur Baranowski**

Sporządził:



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892