

# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 105/04/2020

Chrzanów, 03.04.2020 r.

## Wykonawcy

**Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do przetargu na dostawę opatrunków – sprawa nr 24/2020.**

**Przedmiot zamówienia:**

**Pakiet 2 :**

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania zestawu do artroskopii w którego skład wchodzi:

- Serweta do artroskopii 225 x 320 cm z elastycznym otworem 6+7 cm , ze zintegrowaną torbą na płyny , zaworem do podłączenia drenu
  - Oslona na kończynę 33 x 55 cm
  - Serweta nieprzylepna 150 x 180 cm
  - Serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm
  - Pokrowiec na stolik Mayo 80 x 145 cm
  - 2 ręczniki celulozowe do rąk
  - 1 taśma samoprzylepna w zestawie lub druga dodatkowo pakowana oddzielnie do zestawu?
- Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.

**Odp. Tak dopuszczamy.**

**Pakiet 3 :**

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania zestawu do resekcji przezcewkowych w którego skład wchodzi:

- Serweta do procedur TUR 225/260 x 210 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończynie dolne, z otworem w okolicy odbytu 5 cm , otworem nadłonowym 8 cm , ze zintegrowaną torbą na płyny w tym z sitkiem i zaworem do podłączenia drenu oraz z bezłateksową osłoną na palec
- Serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm
- uchwyt typu rzep do mocowania przewodów i drenów?
- 2 ręczniki celulozowe do rąk





Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.

**Odp. Tak dopuszczamy.**

**Pakiet 4:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do chirurgii biodra wykonany z laminatu trzywarstwowego w strefie krytycznej i z 2-warstwowego na pozostałej powierzchni o następującym składzie i rozmiarach:

- Serweta wzmocniona na stolik Mayo 80x145
- Serweta na stolik narzędziowy 150 x 190cm
- Serweta z wycięciem U wzmocnienie w części krytycznej 225 x 280 cm , wycięcie U o wymiarze 10 x 100 cm



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108  
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

[www.szpital-chrzanow.pl](http://www.szpital-chrzanow.pl)

✉ [sekretariat@szpital-chrzanow.pl](mailto:sekretariat@szpital-chrzanow.pl)

- serweta z przyklepcem wzmocnienie w części krytycznej 225 x 270 cm, z wycięciem 45x65cm
- Serweta podkład pod biodro 150x180cm
- Serweta samoprzylepna 90x75cm
- nogawica 33 x 110 cm
- 3 taśmy przylepne
- 4 ręczniki do rąk ?

Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.

## **Odp. Tak dopuszczamy.**

### **Pakiet 9:**

Czy można zaoferować ręczniki pakowane w opakowania po 2 sztuki z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości opakowań?

## **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

### **Pakiet 11 poz 1-4:**

Czy zamawiający wymaga aby gramatura laminatu oferowanych serwet wynosiła min 57,0 g/m<sup>2</sup> ?  
Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.

## **Odp. Zgodnie z SIWZ.**

### **Pakiet 13:**

Czy można zaoferować fartuch wzmocniony o długości 150cm w rozmiarze określonym literowo jako XXL, natomiast fartuch o długości 130cm oznaczonym literowo jako XL?

Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.

## **Odp. Tak dopuszczamy.**

### **Pakiet 14 :**

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem samouszczelniającym o średnicy 3 cm  
Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.

## **Odp. Tak dopuszczamy.**

### **Pakiet 14:**

Czy można zaoferować serwetę na stół narzędziowy pakowaną oddzielnie?

Czy należy zaoferować 100 sztuk serwety do operacji na kończynie i 100 sztuk serwety na stół narzędziowy?

## **Odp. Zgodnie z SIWZ.**


### **Pakiet 16 :**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cesarskiego cięcia o następującym składzie:

- 1 serweta na stół narzędziowy 150 x 190 cm
- 1 serweta na stół Mayo 80x 145cm
- 1 serweta do cesarskiego cięcia 260/200 x 335 cm z otworem 27 x 33 cm otoczonym ( rozmiar okna 14 x 20 cm)z torbą na płyny
- 1 serweta dla noworodka 90x100cm
- 4 ręczniki do rąk 30cm x40cm

Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.

## **Odp. Zgodnie z SIWZ.**



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108  
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

## Zapisy s.i.w.z. – wzór umowy:

Prosimy o uzupełnienie treści umowy o następujące zapisy:

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Dla celów Umowy "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powódzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.
4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.
5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

**Odp. Zapisy pozostają bez zmian.**

## § 4 ust. 11, § 6:

Prosimy o wykreślenie w.wym zapisów z treści umowy.

**Odp. Nie wyrażamy zgody.**



**Z poważaniem**

DYREKTOR  
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

mgr Artur Baranowski

Sporządziła:

Specjalistka Działu  
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
mgr inż. Jolanta Czapka



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108  
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892