



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

DZP 260/07/2020

Chrzanów, dnia 21.07.2020

Wykonawcy

Dotyczy: poprawa błędu pisarskiego w Odpowiedzi na zapytania z dnia 20.07.2020 na Dostawę i montaż aparatu RTG dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie – sprawa nr 34/2020

Zamówienie realizowane w ramach Projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie

Zamawiający poprawia błąd pisarski w odpowiedziach z dnia 20.07.2020 tj. w odpowiedzi na pytanie : część 1 pytanie 3 tj.

Odp. Zamawiający zmienia zakres parametrów punktowanych, której pełny wykaz to:

VI.9.	Wielkość pixela max. 140 μm	TAK, podać $\geq 126 \mu\text{m}$ - 0 pkt. $< 126 \mu\text{m}$ - 20 pkt.	
VI.19. Nowy wiersz (należy dopisać)	Możliwość wymiany baterii bez konieczności wyłączenia i powtórnego włączenia detektora w bezprzewodowym trybie pracy	Podać NIE - 0 pkt. TAK - 20 pkt.	
VII.3	Pole obrazowe detektora min. 42x43cm (+/- 0,5 cm)	TAK, Podać $< 43 \times 43 \text{ cm}$ - 0 pkt. $\geq 43 \times 43 \mu\text{m}$ - 20 pkt ma być $\geq 43 \times 43 \text{ cm}$ - 20 pkt.	





SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

VII.4	Wielkość pixela max. 140 μm	TAK, Podać $\geq 126 \mu\text{m}$ - 0 pkt $< 126 \mu\text{m}$ - 20 pkt	
--------------	--	--	--

Z poważaniem

DYREKTOR

mgr Artur Branowski

Sporządził:

