



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

DZP ²⁴⁸...../07/2020

Chrzanów, dnia 15.07.2020

Wykonawcy

Dotyczy: Odpowiedzi na zapytania do przetargu nieograniczonego na Dostawę implantów ortopedycznych – przetarg nr 47/2020.

1. **PUNKT III ust. 4** Czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert częściowych na wyszczególnione pakiety (oferta na cały pakiet).
Odp. Tak. Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w siwz (informacja w ogłoszeniu prawidłowa) tj. „Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (oferta na cały pakiet). Po pojęciem oferty częściowej Zamawiający rozumie cały pakiet”.
2. Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie drutu Kirschnera w długości 150 lub 310mm? **Odp. Tak dopuszczamy**
3. Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie drutu do wiązania odłamów o średnicy 1,2 mm zamiast 1,25 mm? **Odp. Tak dopuszczamy**
4. Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 3 poz. 1 – w oddzielny pakiet, i umożliwienie złożenia oferty wyłącznie na tę pozycję? **Odp. Nie wyrażamy zgody.**
5. Czy Zamawiający w Pakiecie 7 wyrazi zgodę na zaoferowanie:
 - 1) Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do złamań przekrętarszowych kości udowej, kaniulowany, sterylny. Długość gwoźdźca 180mm, średnica części bliższej gwoźdźca 16mm, średnica części dalszej gwoźdźca 11mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 120°, 125° i 130°. Wygięcie gwoźdźca w części bliższej o wartości 6° na valgus. Śruba antyrotacyjna kompresyjna Ø 6,5mm (opcjonalnie 2 piny Ø 4mm). **Odp. Zgodnie z siwz**
 - 2) Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do złamań przekrętarszowych kości udowej, kaniulowany, sterylny. Długość gwoźdźca 280mm-460mm ze skokiem co 20mm, średnica części bliższej gwoźdźca 16mm, średnica części dalszej gwoźdźca 11mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 120°, 125° i 130°. Wygięcie gwoźdźca w części bliższej o wartości 6° na valgus. Śruba antyrotacyjna kompresyjna Ø 6,5mm (opcjonalnie 2 piny Ø 4mm). **Odp. Zgodnie z siwz**
 - 3) Śruba główna (ciągnąca) tytanowa sterylna Ø 11mm, dł. 70-120mm **Odp. Zgodnie z siwz**
 - 4) Śruba blokująca tytanowa sterylna Ø 4,5mm, dł. 26-90mm za skokiem co 2 mm **Odp. Zgodnie z siwz**
 - 5) Zaślepka tytanowa sterylna **Odp. Zgodnie z siwz**

Z poważaniem

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

mgr inż. Piotr Bawonowski

Sporządził:

[Podpis]
Kierownik Działu
Technicznych i Zaopatrzenia
mgr. Jolanta Cypańnek



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892