



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP ³⁸²...../09/2019

Chrzanów, ¹⁴.....09.2019 r.

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do przetargu na Dostawę ambulansu wraz z wyposażeniem – sprawa nr 057 /2018

1. Czy Zamawiający zgodził by się na odbiór Ambulansu w zakładzie produkcyjnym w Sosnowcu? Wyjaśniamy, że pozwoli to na dokładne rozmieszczenie sprzętu według potrzeb Zamawiającego, regulacje. Skrupulatne sprawdzenie oraz szkolenie z obsługi i eksploatacji Ambulansu i sprzętu. **Odp. Zgodnie z siwz.**
2. Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności Ambulans typu „C” spełniający wszystkie aktualne normy i wymogi, posiadający przedział medyczny długości 3000 mm? **Odp. Nie.**
Wyjaśniam, iż takie rozwiązanie jest lepsze i bardziej efektywne podczas manewrowania
3. Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności Ambulans typu „C” spełniający wszystkie aktualne normy i wymogi z poduszkami powietrznymi przednimi i bocznymi instalowanymi w bocznych, zewnętrznych częściach fotela kierowcy i pasażera? Wyjaśniamy, że poduszki boczne są zawsze w odpowiednim miejscu pomimo regulacji fotela ponieważ poruszają się razem z nim – jest to rozwiązanie lepsze i bardziej ergonomiczne. **Odp. dopuszczamy.**
4. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie Ambulansu zgodnego w aktualnymi normami i wymaganiami z przedziałem medycznym 3000 mm? **Odp. Nie**
5. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania i dostarczenia Ambulansu z fabrycznym radioodbiornikiem wyposażonym w szeroko stosowany system głośnomówiący bluetooth? **Odp. Zgodnie z siwz**
6. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania i dostarczenia Ambulansu w szeroko stosowany system doświetlania zakrętów zintegrowany z reflektorami przednimi a nie za pomocą świateł przeciwmgielnych przednich ? **Odp. Zgodnie z siwz**
7. Czy Zamawiający dopuści Ambulans z zawieszeniem fabrycznym, stabilnym i stabilizowanym w inny sposób niż stabilizatory osi przedniej i tylnej? Wyjaśniamy, iż każdy producent ma swoje sprawdzone i homologowane rozwiązania a wymóg tak konkretny ogranicza możliwość złożenia oferty równorzędnej innym markom. **Odp. Zgodnie z siwz**
8. Czy zamawiający wymaga aby oferowany Ambulans posiadał szeroko stosowaną funkcję doświetlania zakrętów zintegrowaną z reflektorami przednimi ? **Odp. Zgodnie z siwz**
9. Czy Zamawiający wymaga aby nosze i transporter były zgodne z aktualną normą PN-EN 1789 i 1865? **Odp. tak**
Wyjaśniamy iż obecne zapisy są niezgodne a nosze według SIWZ powinny mieć udźwig większy niż dedykowany transporter co samo w sobie jest niezgodnością.
10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie z pakietu II. Przenośny aparat USG w zestawie z tabletem + szkolenie tworząc osobny pakiet? **Odp. Nie wyrażamy zgody.**



Zamawiający koryguje pomyłkę pisarską pkt. III.9 siwz tj. „Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych”

Zamówienie obejmuje dostawę ambulansu wraz z wyposażeniem.

Z poważaniem

Dyrektor
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

mgr Artur Baranowski



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892