



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP ⁴²⁹.../10/2019

Chrzanów, 04.10.2019 r.

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do przetargu na Dostawę sterylizatora wraz z wyposażeniem – sprawa nr 065 /2018

1. Czy w związku, iż w powyższym zamówieniu występuje oprócz wyposażenia medycznego wyposażenie, które opodatkowanie jest 23% stawką VAT Zamawiający wymaga odrębnego wskazania asortymentu z 8% stawką i osobno z 23% stawką VAT i tym samym Zamawiający zmieni zapisy §4 pkt 1 Umowy rozbijając wartość Umowy na dwie stawki VAT?

Odp. W przypadku różnych stawek Vat na asortyment stanowiący przedmiot zamienia należy zmodyfikować kosztorys szczegółowy (pakiet) tj. w osobnym wierszu wycenić ten asortyment. Kosztorys szczegółowy stanowić będzie załącznik do umowy i nie ma potrzeby zmieniać wzór umowy.




Dotyczy zapisów SIWZ:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej? **Odp. tak**
2. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami. **Odp. Zgodnie z siwz.**

Dotyczy Umowy:

3. **§5 ust 5b)** Prosimy o doprecyzowanie jakie dokumenty techniczne ma na myśli Zamawiający. **Odp. Dokumentacja DTR oraz inne potrzebne do rejestracji sterylizatora w UDT**
4. **§6 ust 2d)** Prosimy o wykreślenie treści zapisu w całości.
Obecny zapis nie doprecyzowuje kto i w jaki sposób będzie decydował o istotności wykonywanych napraw. Wykonawca zwraca uwagę, że brak dokonania zmiany ww. postanowień umownych spowoduje wzrost cen w ofertach składanych przez wykonawców, którzy swoje ryzyko będą musieli przenieść na zamawiającego. **Odp. Zamawiający zmienia zapis wzoru umowy §6 ust. 2d na:**

d) „Po wykonaniu 2 napraw gwarancyjnych tego samego istotnego elementu urządzenia lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres 14 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo wymiany naprawianego elementu na nowe, takie same lub odpowiednio równoważne (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika).”





SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

- e) **§6 ust 4** Prosimy o wykreślenie zapisu.
Producent nie dostarczy swojej karty gwarancyjnej dla urządzeń. **Odp. Zamawiający wykreśla zapis**
- f) **§7 ust 5** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 10 dni roboczych w przypadku wystąpienia konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy. **Odp. Nie wyrażamy zgody.**

Czas dostaw zagranicznych i ewentualne odprawy celne znacznie wydłużają oczekiwanie na części.

- g) **§7 ust 5** Prosimy o wykreślenie następującej części zapisu „Okres gwarancji na całość urządzenia będzie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej jeśli zgłoszenie wady nastąpiło w okresie gwarancji” **Odp. Zamawiający zmienia zapis §7ust.5 wzoru umowy na: „W okresie gwarancji nie wlicza się przestołów z powodu awarii” .**

Zapis pozwala na odnawianie gwarancji po każdej, nawet nieistotnej naprawie. Wykonawca zwraca uwagę, że brak dokonania zmiany ww. postanowień umownych spowoduje wzrost cen w ofertach składanych przez wykonawców, którzy swoje ryzyko będą musieli przenieść na zamawiającego.

- h) **§7 ust 6** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu tego paragrafu w całości lub dopuści alternatywnie zapewnienie usługi na zewnątrz placówki na koszt wykonawcy? **Odp. Zamawiający koryguje zapis §7 ust. 6 wzoru umowy na:**

„W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia wadliwości urządzenia, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia i uruchomienia urządzenia zastępczego o parametrach równoważnych do parametrów oferowanego urządzenia na czas wykonania naprawy lub zapewni wykonywanie usługi sterylizacji na „zewnątrz” placówki na koszt Wykonawcy.”

Tego typu urządzenia zamawiane są zgodnie z wymaganą konfiguracją i nie są dostępne od ręki u producenta, w związku z czym wykonawca nie ma możliwości utrzymywania na stanach magazynowych sprzętów zastępczych.

§9 ust 2a i b Wykonawca wnosi o dokonanie zmian wysokości kar umownych, tj. zamiast 500 zł na 100 zł. Obecne kary umowne są rażąco i niewspółmiernie do przedmiotu umowy wygórowane.





Odp. Tak wyrażamy zgodę.

W związku z powyższym Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień 10.10.2019 (składanie ofert do godz. 10:00; otwarcie godz. 11:00). Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z upoważnienia
Dyrektora Szpitala Powiatowego
w Chrzanowie **Z poważaniem**

Z-ca Dyrektora
ds. Pielęgniarstwa i Jakości
Alicja Dobranowska
mgr Alicja Dobranowska

Kierownik Działu
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
mgr inż. Dorota Cyganek



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892