



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP ⁴¹²...../10/2019

Chrzanów, 16.10.2019 r.

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do przetargu na Dostawę ambulansu wraz z wyposażeniem – sprawa nr 072 /2018

1. W związku z informacją, którą przekazuje do Zamawiających Ministerstwo o zgodzie na przedłużenie wydatkowania funduszy prosimy o wyrażenie zgody na realizację dostawy do końca 1 kwartału 2020 roku. **Odp. nie wyrażamy zgody**
2. Prosimy o dopuszczenie dostawy na kołach co zmniejszy koszt dostawy. **Odp. tak**
3. Prosimy o potwierdzenie, iż koszty serwisu pogwarancyjnego ponosi Zamawiający. **Odp. Tak**
4. Dotyczy eksploatacji: prosimy o podanie szacunkowego zakładanego przebiegu rocznego. **Odp. ok. 35 tys. km**
5. Dotyczy OPZ pkt. VII. ppkt. 7 – Czy w związku z faktem iż ambulans ma spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 1789 w zakresie ambulansu typu C Zamawiający wymaga by oferowane ambulanse wyposażone w niezależne od pracy i układu silnika ogrzewanie powietrzne o mocy min. 5,0 kW, które umożliwiają osiąganie wymaganych temperatur w wymaganym przez ww. normę czasie, zamiast opisanego obecnie niezależne ogrzewania wodnego? Opisanie przez Zamawiającego ogrzewanie wodne nie jest w stanie zapewnić spełnienie aktualnych wymagań normy PN-EN 1789 w zakresie ogrzewania przedziału medycznego. **Odp. tak**
6. Dotyczy OPZ pkt. VIII. ppkt. 1 – Czy zamawiający dopuści montaż głośnika w pasie przednim, za tzw. grillem, a nie w komorze silnika? **Odp. tak**
7. Dotyczy OPZ pkt. VIII. ppkt. 2 – Prosimy o dopuszczenie standardowych sygnałów pneumatycznych z 2 trąbami, zamiast 4. **Odp. tak**
8. Dotyczy OPZ pkt. X. ppkt. 1 – Ze względu na możliwość zgubienia, złamania kluczyka prosimy o dopuszczenie szafki z zamkiem szyfrowym. **Odp. Dopuszczamy**
9. Dotyczy OPZ pkt. X. ppkt. 7 – Prosimy o rezygnację z instalacji centralnej próżni. W ambulansie będzie przewożony ssak. **Odp. instalacja próżni nie jest wymagana**
10. Dotyczy OPZ pkt. XIV. ppkt. 4 – Czy Wykonawca ma zapewnić jedynie miejsce mocowania defibrylatora, czy ma dostarczyć również uchwyt do niego? **Odp. wykonawca ma zapewnić jedynie miejsce mocowania**
11. Dotyczy OPZ pkt. XIV. ppkt. 4 – Jeśli uchwyt do defibrylatora jest elementem postępowania prosimy o podanie marki i modelu użytkowanego przez Zamawiającego sprzętu. **Odp. nie dotyczy**
12. Dotyczy OPZ pkt. XIII. ppkt. 6 – Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy łączność między kierowcą a personelem ma się odbywać z poziomu radiotelefonów, czy też Wykonawca ma zainstalować w ambulansie Interkom? **Odp. W przypadku drzwi nie wymagana jest dodatkowa łączność**
13. W związku z informacją, którą przekazuje do Zamawiających Ministerstwo o zgodzie na przedłużenie wydatkowania funduszy prosimy o wyrażenie zgody na realizację dostawy do końca 1 kwartału 2020 roku. **Odp. nie wyrażamy zgody.**
14. Czy z uwagi na fakt, że wymagany „Przenośny alarmowy układ przywołujący” w zakresie łączności radiowej został wycofany z produkcji, Zamawiający dopuści zrezygnowanie z tego wymogu lub dopuści zaferowanie dodatkowego przenośnego nadajnika-odbiornika radiowego. **Odp. dopuszczamy.**

Zamawiający przesługuje termin składania i otwarcia ofert na dzień 21.10.2019 (składanie ofert do godz. 10:00; otwarcie godz. 11:00) Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

Ingr. Wiesława Baranowska

